

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Sert.FC-AWS/123.006/DIK/IV/2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat : AWS Digi UUT 4
Instrument Name
Merek Pabrik : Vaisala
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri : HMP1557 / 1221
Type / Serial Number
Lain-lain : terdiri dari beberapa sensor yaitu:
Others
1. Sensor Tekanan UUT 4 : Vaisala / PTB330 / U1411120
2. Sensor Suhu UUT 4 : Vaisala / HMP155 / S2920704
3. Sensor RH UUT 4 : Vaisala / HMP155 / U0850513

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama : Stasiun Meteorologi Maritim Belawan
Designation
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan - Medan, Bagan Deli,
Address Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia.
BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan : Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG
Authorizing officer
Nama : Fitya Azizi
Name
Tanggal Pengesahan : 30 April 2026
Date of issue
Jumlah halaman : 4
Total number of pages



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.



No. Sertifikat / Certificate : Sert.FC-
Number AWS/123.006/DIK/IV/2026
No. Order / : 006
Order Number
Halaman / : 2 dari 4
Page

Nama Sensor / Sensor Name : Sensor Tekanan
Merek Sensor / Manufacturer : Vaisala
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number : PTB330 / U1411120
Tanggal Masuk / Date of Entry : 2026-04-29
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 2026-05-06
Tempat Kalibrasi / Calibration Place : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan -
Medan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota
Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia. BMKG |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kondisi Lingkungan / Environment condition
Suhu / Temperature : $(26.7 \pm 2.6) ^\circ\text{C}$
Kelembaban / Relative : -
Humidity

Hasil Kalibrasi / Calibration Result

Penunjukan Alat / Instrument Reading (hPa)	Koreksi / Correction (hPa)	Ketidakpastian / Uncertainty (hPa)
1008.8767	-0.0507	0.1723

Catatan / Notes :

Standar Kalibrasi / Calibration Standard : sensor tekanan AWS Lapang 4 — SN G4030008
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI : Bureau of Meteorology, Standards and Metrology Lab,
through Australia
Metode Kalibrasi / Calibration Methode : MK 02 - Tekanan Udara
Dokumen Acuan / Reference Document : ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

**Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 %
dengan faktor cakupan $k = 2$**

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor $k = 2$

Diverifikasi Oleh / Verified by : 1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN)

Edisi/Revisi : 11/1



No. Sertifikat / Certificate : Sert.FC-
Number AWS/123.006/DIK/IV/2026
No. Order / : 006
Order Number
Halaman / : 3 dari 4
Page

Nama Sensor / Sensor Name : Sensor Suhu
Merek Sensor / Manufacturer : Vaisala
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number : HMP155 / S2920704
Tanggal Masuk / Date of Entry : 2026-04-29
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 2026-05-06
Tempat Kalibrasi / Calibration Place : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan -
Medan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota
Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia. BMKG |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kondisi Lingkungan / Environment condition
Suhu / Temperature : $(26.7 \pm 2.6) ^\circ\text{C}$
Kelembaban / Relative : -
Humidity

Hasil Kalibrasi / Calibration Result

Penunjukan Alat / Instrument Reading ($^\circ\text{C}$)	Koreksi / Correction ($^\circ\text{C}$)	Ketidakpastian / Uncertainty ($^\circ\text{C}$)
27.197	0.1624	0.2169

Catatan / Notes :

Standar Kalibrasi / Calibration Standard : sensor Suhu AWS Lapang 4 — SN S2920704
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI : Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat
through

Metode Kalibrasi / Calibration Methode : MK 01 - Suhu

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

**Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 %
dengan faktor cakupan $k = 2$**

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor $k = 2$

Diverifikasi Oleh / Verified by : 1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN)

Edisi/Revisi : 11/1



No. Sertifikat / Certificate : Sert.FC-
Number AWS/123.006/DIK/IV/2026
No. Order / : 006
Order Number
Halaman / : 4 dari 4
Page

Nama Sensor / Sensor Name : Relative Humidity
Merek Sensor / Manufacturer : Vaisala
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number : HMP155 / U0850513
Tanggal Masuk / Date of Entry : 2026-04-29
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 2026-05-06
Tempat Kalibrasi / Calibration Place : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan -
Medan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota
Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia. BMKG |
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kondisi Lingkungan / Environment condition
Suhu / Temperature : $(26.7 \pm 2.6) ^\circ\text{C}$
Kelembaban / Relative : -
Humidity

Hasil Kalibrasi / Calibration Result

Penunjukan Alat / Instrument Reading (%)	Koreksi / Correction (%)	Ketidakpastian / Uncertainty (%)
74.6608	-0.1127	2.7685

Catatan / Notes :

Standar Kalibrasi / Calibration Standard : Sensor RH AWS Lapang 4 — SN S2920704
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI : Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) -
through Badan Standardisasi Nasional
Metode Kalibrasi / Calibration Methode : MK 03 - Kelembapan Udara Relatif
Dokumen Acuan / Reference Document : ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan $k = 2$

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor $k = 2$

Diverifikasi Oleh / Verified by : 1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN)

Edisi/Revisi : 11/1