SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Sert.LC-AWOS NEW / 500 / DIK / II / 2025

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat *Instrument Name*	:	**AWOS**
Merek Pabrik *Manufacturer*	:	**All Weather Inc**
Tipe / Nomor Seri *Type / Serial Number*	:	**M404939-00 / 3424-0011**
Lain-lain *Others*	:	**terdiri dari beberapa sensor yaitu:** **1. Termometer : Rotronic / 5190-F / 1594** **2. Hygrometer : Rotronic / 5190-F / 1594** **3. Barometer : All Weather Inc / 7150 / 1070**

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama *Designation*	:	**Stasiun Meteorologi Maimun Saleh**
Alamat *Address*	:	**Jl. Meteorologi Banda Udara Malikussaleh, Panigah, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24351, Indonesia.**

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan *Authorizing officer*	:	**Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG**
Nama *Name*	:	**Fitya Azizi**
Tanggal Pengesahan *Date of issue*	:	**1 Januari 2026**
Jumlah halaman *Total number of pages*	:	**4**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**Termometer**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**Rotronic**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**5190-F / 1594**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	2026-01-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	2026-01-01
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - Termometer

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	(29.2 ± 2.4) °C
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	(77.5 ± 13.3) %

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
77.0273	-0.9768	0.1443

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi. The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
Tertelusur ke SI melalui *Traceable to SI through*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 01 - Suhu
Dokumen Acuan *Reference Document*	:	MO-No.8 2021 Edition

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**Hygrometer**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**Rotronic**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**5190-F / 1594**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	2026-01-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	2026-01-01
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - Hygrometer

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	(29.2 ± 2.4) °C
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	(77.5 ± 13.3) %

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
1009.1913	-0.1394	2.2697

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi. The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
Tertelusur ke SI melalui *Traceable to SI through*	:	Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) - BSN
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 03 - Kelembapan Udara Relatif
Dokumen Acuan *Reference Document*	:	WMO-No.8 2021 Edition

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**Barometer**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**All Weather Inc**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**7150 / 1070**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	2026-01-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	2026-01-01
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - Barometer

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	(29.2 ± 2.4) °C
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	(77.5 ± 13.3) %

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
27.0866	0.0279	0.5845

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi. The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
Tertelusur ke SI melalui *Traceable to SI through*	:	SNSU-BSN
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 02 - Tekanan Udara
Dokumen Acuan *Reference Document*	:	ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

--- Akhir dari Sertifikat / *End of Certificate* ---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara