SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Sert.LC-AWOS NEW / 500 / DIK / II / 2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat *Instrument Name*	:	**AWS Digitalisasi**
Merek Pabrik *Manufacturer*	:	**Campbel Scientific**
Tipe / Nomor Seri *Type / Serial Number*	:	**CR1000X / 62424**
Lain-lain *Others*	:	**terdiri dari beberapa sensor yaitu:** **1. Sensor Suhu Air : Campbel Scientific / 109 SSL / -** **2. Solar Radiasi : Kipp & Zonen / SP Lite 2 / 245166**

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama *Designation*	:	**Stasiun Meteorologi Maimun Saleh**
Alamat *Address*	:	**Jl. Meteorologi Banda Udara Malikussaleh, Panigah, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24351, Indonesia.**

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan *Authorizing officer*	:	**Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG**
Nama *Name*	:	**Fitya Azizi**
Tanggal Pengesahan *Date of issue*	:	**20 Februari 2026**
Jumlah halaman *Total number of pages*	:	**3**

BMKG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.

Nama Sensor / *Sensor Name* : **Sensor Suhu Air**
Merek Sensor / *Manufacturer* : **Campbel Scientific**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : **109 SSL / -**

Tanggal Masuk / *Date of Entry* : -
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : -
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : Laboratorium Kalibrasi BMKG - Water Temperature

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : -
Kelembaban / *Relative Humidity* : -

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
29.7257	0	0.1266

Standar Kalibrasi : -
Calibration Standard
Metode Kalibrasi : MK 01 - Suhu
Calibration Methode

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. fadhila Azzahra
2. Esty Purnamasari
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**Solar Radiasi**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**Kipp & Zonen**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**SP Lite 2 / 245166**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	-
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	-
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - Solar Radiasi

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	-
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	-

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
29.7257	0	0.0117

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	-
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 02 - Tekanan Udara

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. fadhila Azzahra
2. Esty Purnamasari
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

--- Akhir dari Sertifikat / *End of Certificate* ---