

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Sert.FC-AWS/123.004/DIK/IV/2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat : AWS Digi Maritim
Instrument Name
Merek Pabrik : Vaisala
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri : PQL123 / 1234
Type / Serial Number
Lain-lain : terdiri dari beberapa sensor yaitu:
Others
1. 123 : Vaisala / 123 / 1234
2. 456 : Vaisala / 456 / 4567

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama : -
Designation
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan - Medan, Bagan Deli,
Address Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia.
BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan : Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG
Authorizing officer
Nama : -
Name
Tanggal Pengesahan : 28 April 2026
Date of issue
Jumlah halaman : 3
Total number of pages



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.



No. Sertifikat / Certificate : Sert.FC-
Number AWS/123.004/DIK/IV/2026
No. Order / : 004
Order Number
Halaman / : 2 dari 3
Page

Nama Sensor / Sensor Name : 123
Merek Sensor / Manufacturer : Vaisala
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number : 123 / 1234
Tanggal Masuk / Date of Entry : 2026-04-27
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 2026-04-30
Tempat Kalibrasi / Calibration Place : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan - Medan, Bagan Deli,
Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia.
BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kondisi Lingkungan / Environment condition

Suhu / Temperature : -
Kelembaban / Relative Humidity : -

Hasil Kalibrasi / Calibration Result

Parameter	Unit	Nilai
29.739	0.0035	0.0117

* Nilai Pembacaan Standar telah dikonversi dari **hPa** ke **inHg** sebelum penghitungan koreksi.

Catatan / Notes :

Standar Kalibrasi / Calibration Standard : -
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through : Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) - Badan
Standardisasi Nasional
Metode Kalibrasi / Calibration Methode : MK 02 - Tekanan Udara
Dokumen Acuan / Reference Document : ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan $k = 2$

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor $k = 2$

Diverifikasi Oleh / Verified by : -



PLIK 7.8.2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Edisi/Revisi : 11/1



No. Sertifikat / Certificate : Sert.FC-
Number AWS/123.004/DIK/IV/2026
No. Order / : 004
Order Number
Halaman / : 3 dari 3
Page

Nama Sensor / Sensor Name : 456
Merek Sensor / Manufacturer : Vaisala
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number : 456 / 4567
Tanggal Masuk / Date of Entry : 2026-04-27
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 2026-04-30
Tempat Kalibrasi / Calibration Place : Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan - Medan, Bagan Deli,
Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia.
BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kondisi Lingkungan / Environment condition
Suhu / Temperature : -
Kelembaban / Relative Humidity : -

Hasil Kalibrasi / Calibration Result

Parameter	Unit	Nilai
28.0832	0.0145	0.1266

Catatan / Notes :

Standar Kalibrasi / Calibration Standard : -
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through : Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat
Metode Kalibrasi / Calibration Methode : MK 01 - Suhu
Dokumen Acuan / Reference Document : ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan $k = 2$

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor $k = 2$

Diverifikasi Oleh / Verified by : -

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---



PLKK 7.8.2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Edisi/Revisi : 11/1