

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

SERT.FC.AWS/306/DIK/IV/2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat : AWS Digi UUT 4

Instrument Name

Merek Pabrik : Vaisala

Manufacturer

Tipe / Nomor Seri : HMP1557 / 1221

Type / Serial Number

Lain-lain

Others

terdiri dari beberapa sensor yaitu:
1. Sensor Tekanan : Vaisala / PTB330 / U1411120
2. Sensor Suhu : Vaisala / HMP155 / S2920704
3. Relative Humidity : Vaisala / HMP155 / U0850513

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama : Stasiun Meteorologi Maimun Saleh

Designation

Alamat : Jl. Meteorologi Banda Udara Malikussaleh, Panigah, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24351, Indonesia.

Address

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan

Authorizing officer

Nama : Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG

Name

Tanggal Pengesahan : 1 April 2026

Date of issue

Jumlah halaman : 4

Total number of pages

BMKG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.



No. Sertifikat / *Certificate Number* : SERT.FC.AWS/306/DIK/IV/2026
No. Order / *Order Number* : 306
Halaman / *Page* : 2 dari 4

Nama Sensor / *Sensor Name* : Sensor Tekanan
Merek Sensor / *Manufacturer* : Vaisala
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : PTB330 / U1411120
Tanggal Masuk / *Date of Entry* : 2026-04-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : 2026-04-04
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : -

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : $(29.1 \pm 2.0) ^\circ\text{C}$
Kelembaban / *Relative Humidity* : $(78.9 \pm 11.0) \%$

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / <i>Instrument Reading</i>	Koreksi / <i>Correction</i>	Ketidakpastian / <i>Uncertainty</i>
1007.4149	-0.0546	0.1722

Catatan / *Notes* :

Standar Kalibrasi / *Calibration Standard* : sensor tekanan AWS Lapang 4 — SN G4030008
Tertelusur Ke SI melalui / *Traceable to SI through* : Bureau of Meteorology, Standards and Metrology Lab, Australia
Metode Kalibrasi / *Calibration Methode* : MK 02 - Tekanan Udara
Dokumen Acuan / *Reference Document* : JCGM 100:2008

tt

Diverifikasi Oleh / *Verified by* : 1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No. Sertifikat / *Certificate Number* : SERT.FC.AWS/306/DIK/IV/2026
No. Order / *Order Number* : 306
Halaman / *Page* : 3 dari 4

Nama Sensor / *Sensor Name* : Sensor Suhu
Merek Sensor / *Manufacturer* : Vaisala
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : HMP155 / S2920704
Tanggal Masuk / *Date of Entry* : 2026-04-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : 2026-04-04
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : -

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : $(29.1 \pm 2.0) ^\circ\text{C}$

Kelembaban / *Relative Humidity* : $(78.9 \pm 11.0) \%$

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / <i>Instrument Reading</i>	Koreksi / <i>Correction</i>	Ketidakpastian / <i>Uncertainty</i>
28.0832	0.014	0.2165

Catatan / *Notes* :

Standar Kalibrasi / *Calibration Standard* : sensor Suhu AWS Lapang 4 — SN S2920704
Tertelusur Ke SI melalui / *Traceable to SI through* : Laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat
Metode Kalibrasi / *Calibration Methode* : MK 01 - Suhu
Dokumen Acuan / *Reference Document* : ISO/IEC 17025:2017
Diverifikasi Oleh / *Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No. Sertifikat / *Certificate Number* : SERT.FC.AWS/306/DIK/IV/2026
No. Order / *Order Number* : 306
Halaman / *Page* : 4 dari 4

Nama Sensor / *Sensor Name* : Relative Humidity
Merek Sensor / *Manufacturer* : Vaisala
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : HMP155 / U0850513
Tanggal Masuk / *Date of Entry* : 2026-04-01
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : 2026-04-04
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : -

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : $(29.1 \pm 2.0) ^\circ\text{C}$
Kelembaban / *Relative Humidity* : $(78.9 \pm 11.0) \%$

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / <i>Instrument Reading</i>	Koreksi / <i>Correction</i>	Ketidakpastian / <i>Uncertainty</i>
80.1557	1.4243	2.7682

Catatan / *Notes* :

Standar Kalibrasi / *Calibration Standard* : Sensor RH AWS Lapang 4 — SN S2920704
Tertelusur Ke SI melalui / *Traceable to SI through* : Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) - Badan Standardisasi Nasional
Metode Kalibrasi / *Calibration Methode* : MK 03 - Kelembapan Udara Relatif
Dokumen Acuan / *Reference Document* : ISO/IEC 17025:2017

oke

Diverifikasi Oleh / *Verified by* : 1. Esty Purnamasari
2. Nino
3. fadhila Azzahra

--- Akhir dari Sertifikat / *End of Certificate* ---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara