SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

SERT.FC.AWS/301/DIK/IV/2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat *Instrument Name*	:	**AWS Digitalisasi**
Merek Pabrik *Manufacturer*	:	**Campbel Scientific**
Tipe / Nomor Seri *Type / Serial Number*	:	**CR1000X / 62424**
Lain-lain *Others*	:	**terdiri dari beberapa sensor yaitu:** **1. Barometer : Vaisala / PTB 330 / W4344869** **2. Thermohygrometer : Vaisala / HMP115A / W4356434**

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama *Designation*	:	**Stasiun Meteorologi Maimun Saleh**
Alamat *Address*	:	**Jl. Meteorologi Banda Udara Malikussaleh, Panigah, Kec. Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24351, Indonesia.**

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan *Authorizing officer*	:	**Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG**
Nama *Name*	:	**Fitya Azizi**
Tanggal Pengesahan *Date of issue*	:	**1 April 2026**
Jumlah halaman *Total number of pages*	:	**3**

BMKG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.

Nama Sensor / *Sensor Name* : **Barometer**
Merek Sensor / *Manufacturer* : **Vaisala**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : **PTB 330 / W4344869**

Tanggal Masuk / *Date of Entry* : 2026-03-30
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : 2026-03-31
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : Laboratorium Kalibrasi BMKG - Barometer

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : -
Kelembaban / *Relative Humidity* : -

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
29.745	0	0.0653

Standar Kalibrasi / *Calibration Standard* : Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equpment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor
cakupan k = 2

Tertelusur ke SI melalui / *Traceable to SI through* : Bureau of Meteorology, Standards and Metrology Lab, Australia

Metode Kalibrasi / *Calibration Methode* : MK 03 - Kelembapan Udara Relatif

Dokumen Acuan / *Reference Document* : WMO-No.8 2021 Edition

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh / *Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Sensor / *Sensor Name* : **Thermohygrometer**
Merek Sensor / *Manufacturer* : **Vaisala**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number* : **HMP115A / W4356434**

Tanggal Masuk / *Date of Entry* : 2026-03-30
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date* : 2026-03-31
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place* : Laboratorium Kalibrasi BMKG - Hygrometer

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature* : -
Kelembaban / *Relative Humidity* : -

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
28.0832	0	0.0654

Standar Kalibrasi : Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
Calibration Standard
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equpment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor
cakupan k = 2

Tertelusur ke SI melalui : Bureau of Meteorology, Standards and Metrology Lab, Australia
Traceable to SI through

Metode Kalibrasi : MK 01 - Suhu
Calibration Methode

Dokumen Acuan : WMO-No.8 2021 Edition
Reference Document

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

--- Akhir dari Sertifikat / *End of Certificate* ---