

P.O.X 595  
YOKNEAM ILLIT 20692  
Tel. 972-4-9099100  
Fax. 972-4-9591982  
E-Mail: Itsik.benatar@medigal.com

MEDIGAL Ltd.  
מדיגל בע"מ  
Diagnostic and  
Medical Products



שער יוקנעם בנין תבור  
ת.ד. 595 יוקנעם עילית 20692  
טל. 04-9099100  
פקס. 04-9591982

תאריך: 17/09/2015

דוח כיוול מס' 2015-1000293

שם המעבדה: מדא תל השומר-תורמים

בתאריך הנ"ל ביצענו בדיקה תקופתית למכשיר: Docon

S.N: 1308-04246

Program Name: MDA V6.3

### בדיקת משקל:

| משקל נמדד | משקל בצג המכשיר | סיכום |
|-----------|-----------------|-------|
| 200 gr    | 200 gr          | תקין  |
| 500 gr    | 499 gr          | תקין  |
| 700 gr    | 698 gr          | תקין  |

מס"ד משקולות 500gr: מדא מס' W107

מס"ד משקולות 200gr: מדא מס' W24

| סוג הבדיקה                                    | ביצוע | הערות |
|---|-------|-------|
| בדיקת התראות-הפעלת התרעה קולית                | תקין  |       |
| בדיקת סורק ברקוד- בדיקת כבל סורק והגדרות סורק | תקין  |       |
| בדיקת תצוגה- בדיקת תפקוד לחצנים ותצוגה        | תקין  |       |
| ניקיון מכשיר- בעזרת אלכוהול 70%               | תקין  |       |
| בדיקת חיישני קלאמפים- הכנסה של צינורית לקלאמפ | תקין  |       |
| בדיקת סוללות- עבודה במצב סוללה                | תקין  |       |

הערה:

לפי הוראות היצרן מותרת סטייה של  $\pm 5gr$  מהמשקל בצג המכשיר

סיכום הדוח: **תקין**

תאריך כיוול הבא: 17/09/2016

חתימה:

שם הטכנאי איציק