

P.O.X 595

YOKNEAM ILLIT 20692 Tel. 972-4-9099100 Fax. 972-4-9591982

E-Mail: <a href="mailto:ltsik.benatar@medigal.com">ltsik.benatar@medigal.com</a>

## MEDIGAL Ltd. מדיגל בע"מ

Diagnostic and Medical Products



שער יוקנעם בנין תבור 20692 ת.ד 595 יוקנעם עילית 04-9099100 טל. 04-9591982

שם הלקוח:	:תאריך		//
מאריך הנ"ל ביצענו בדיקת טמפר:	טורה למקררים \ מקפיאי	ים	
שם המקרר ∖ מקפיא:	מס' סידורי: מערכת: מקו		
:דיקת טמפרטורה:	בועו כוו.	<i>₩</i> λ1 <u> </u>	באן די האן פי א
טמפרטורה במערכת	טמפרטורה נמדדת	סיי	כום
°C	°C	תקין 🗆	לא תקין
הבדיקה בוצעה עם מד טמפרטורה	מס':		
:ערה			
מותרת סטייה של ±1° מהטמפרטו	רה בצג המכשיר\ מערכו	ת איתוראן	
זיכום דו"ח: תקין-עומד במפרט	הכיול 🗌	לא תקין	
נאריך כיול הבא:/			
טם טכנאי:	התימה:		