



שער יוקנעם בנין תבור
ת.ד. 595 יוקנעם עילית 20692.
טל. 04-9099100
פקס. 04-9591982
דואר אלקטרוני: ltsik.benatar@diamed.co.il

P.O.X 595
YOKNEAM ILLIT 20692
Tel. 972-4-9099100
Fax. 972-4-9591982
E-mail: ltsik.benatar@diamed.co.il

מַעֲבָדָה/בִּנְק דָם: _____ תאריך: ____/____/____

בתאריך הנ"ל ביצענו כיוול למכשיר לפי נוהל **.Diamed A.G – Switzerland**

ID-Centrifuge: _____ S.N: _____

בדיקת מהירות:

סיכום		בדיקה	סל"ד (rpm) על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	סל"ד	סל"ד

מד סל"ד מס': _____

בדיקת זמן:

סיכום		בדיקה	דקות (min) על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	דקות	10 דקות

טיימר מס': _____

תקינות		סוג הבדיקה
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	בדיקת תפקוד מאוורר

הערה:

לפי הוראות היצרן מותרת סטיה של ± 10 סל"ד מהמהירות הרשומה על ראש הצנטריפוגה וסטיה של ± 12 שניות מהזמן המופיע על תצוגת המכשיר.

סיכום דו"ח: ☐ תקין-עומד במפרט הכיוול ☐ לא תקין

כיוול הבא: ____/____

שם טכנאי: _____ חתימה: _____