



שער יוקנעם בנין תבור
ת.ד. 595 יוקנעם עילית 20692.
טל. 04-9099100
פקס. 04-9591982
דואר אלקטרוני: ltsik.benatar@diamed.co.il

P.O.X 595
YOKNEAM ILLIT 20692
Tel. 972-4-9099100
Fax. 972-4-9591982
E-mail: ltsik.benatar@diamed.co.il

תאריך: ____/____/____

מעבדה/בנק דם: _____

בתאריך הנ"ל ביצענו כיוול למכשירים לפי נוהל **.Diamed A.G – Switzerland**

Diacent 12 s.n _____

בדיקת מהירות צנטריפוגה:

סיכום		בדיקה	סל"ד (rpm) על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	סל"ד	1000 סל"ד
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	סל"ד	2000 סל"ד
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	סל"ד	3000 סל"ד

מד סל"ד מס': _____

בדיקת זמן צנטריפוגה:

סיכום		בדיקה	שניות (sec) על פי היצרן
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	שניות	15 שניות
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	שניות	20 שניות
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	שניות	30 שניות

טיימר מס': _____

תקינות		סוג הבדיקה
<input type="checkbox"/> לא תקין	<input type="checkbox"/> תקין	בדיקת תנועה חופשית של מחזיקי המבחנות והקפיצים

הערה:

לפי הוראות היצרן מותרת סטיה של 1% מהמהירות הרשומה על תצוגת הצנטריפוגה
וסטיה של 1% מהזמן הרשום על תצוגת הצנטריפוגה

סיכום דו"ח: ☐ תקין-עומד במפרט הכיוול ☐ לא תקין

כיוול הבא: ____/____

חתימה: _____

שם טכנאי: _____