

P.O.X 595
YOKNEAM ILLIT 20692
Tel. 972-4-9099100
Fax. 972-4-9591982

MEDIGAL Ltd.
מדיגל בע"מ
Diagnostic and
Medical Products



שער יוקנעם בנין תבור
ת.ד. 595 יוקנעם עילית 20692
טל. 04-9099100
פקס. 04-9591982

תאריך: _____

דוח כיוול מס' _____

שם המעבדה: _____

בתאריך הנ"ל ביצענו בדיקה תקופתית למכשיר: Docon

S.N: _____

Program Name: MDA V6.3

בדיקת משקל:

משקל נמדד	משקל בצג המכשיר	סיכום
200 gr	gr	תקין
500 gr	gr	תקין
700 gr	gr	תקין

מס"ד משקולת gr500: מדא מס' 107W

מס"ד משקולת gr200: מדא מס' 24W


סוג הבדיקה	ביצוע	הערות
בדיקת התראות-הפעלת התרעה קולית	תקין	
בדיקת סורק ברקוד- בדיקת כבל סורק והגדרות סורק	תקין	
בדיקת תצוגה- בדיקת תפקוד לחצנים ותצוגה	תקין	
ניקיון מכשיר- בעזרת אלוהל 70%	תקין	
בדיקת חיישני קלאמפים- הכנסה של צינורית לקלאמפ	תקין	
בדיקת סוללות- עבודה במצב סוללה	תקין	

הערה:

לפי הוראות היצרן מותרת סטייה של $\pm gr5$ מהמשקל בצג המכשיר

סיכום הדוח: **תקין**

תאריך כיוול הבא: _____



חתימה:

שם הטכנאי איציק

