RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN** **SYRINGE PUMP (PERFUSOR SPACE)**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1233/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Syringe pump adalah alat untuk memberikan terapi secara intravena dengan menggunakan tekanan positif dalam mengalirkan cairan / obat kedalam tubuh (non gravitasi)
TUJUAN	1. Untuk memberikan obat / cairan secara tepat dan akurat sesuai dosis yang dibutuhkan 2. Memberikan terapi titrasi secara terus-menerus dalam waktu tertentu
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Cuci tangan. 2. Pasien diberitahu. 3. Oplos obat yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan dengan perhitungan yang mudah. 4. Tempat obat / cairan pada syringe (spuit) ukuran 10, 20 atau 50 ml sesuai dengan kebutuhan. 5. Sambungkan spuit dengan Treeway stop cock dan original perfusor / extension tube. 6. Isi original perfusor dengan cairan. 7. Buka balutan pada intravena kateter (infus) / kateter vena sentral. 8. Lepaskan intravena line (infus) dan sambungkan original perfusor pada treeway stop cock / jarum. 9. Tekan tombol untuk menyalakan pump. 10. Konfirmasi type syringe dengan menekan tombol (type syringe set tertera harus sama dengan spuit yang akan digunakan). 11. Pada menu utama pilih Rate dengan menekan

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN** **SYRINGE PUMP (PERFUSOR SPACE)**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1233/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 2/2
	dan kecepatan pemberian obat diatur dengan 12. Untuk mulai menjalankan terapi, tekan 13. Jalannya terapi ditandai dengan LED hijau yang menyala dan gambar anak panah yang bergerak. Untuk mematikan pump, tekan selama 3 detik.		
UNIT TERKAIT	ICU Instalasi Pemeliharaan Sarana RS		