RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN VENTILATOR**		
	No.Dokumen 400.7.3.9/1231/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Alat untuk membantu untuk fungsi napas yang digunakan pada pasien dalam keadaan prolong apnoe.
TUJUAN	1. Untuk membantu pernapasan pada pasien – pasien dalam keadaan prolong apnoe. 2. Pada pasien – pasien kritis yang ditidurkan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. 2. Pastikan keluarga pasien sudah menyetujui inform consent tentang Pemakaian Ventilator. 3. Laporkan ke Ka. ICU / dokter pengganti (dokter Anestesi)/ dokter yang bertanggung jawab pada pasien tersebut yaitu tentang diagnose, TTV, GCS, BB pasien, BGA untuk memastikan mode apa yang akan dipakai. 4. Siapkan Ventilator sesuai kebutuhan pasien dewasa / anak 5. Selama prosedur persiapan pemasangan ventilator, pasien 6. sudah terpasang ETT yang di baging dengan Air viva (BMV) 7. Cek seluruh sirkuit sistem yang akan dipakai dan disesuaikan dengan pasien yang akan di ventilasi. 8. Humidifier sudah siap, chamber berisi kertas & aquabidest sampai dibawah batas atas. 9. Sambungkan kabel cord mesin ke listrik PLN,

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN VENTILATOR**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1231/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 2/2
	juga sambungkan hose O2 supply ke sumber oxygen dengantekanan (50 Psi) atau 3-4 bar. 10. Hidupkan humidifier, 10 menit sebelum Ventilator di Onkan 11. Hidupkan mesin dengan menekan tombol on di belakang mesin. 12. Tunggu beberapa saat mesin melakukan kalibrasi sendiri secara otomatis. 13. Setelah itu akan tampil dilayar New Patient atau Resume Current , Resume Current maksudnya meneruskan pasien yang awal mula sudah memakai ventilator, sehingga setting semula tidak berubah. New Patient (Pasien baru) jika pasien baru yang dipilih berarti setting yang lama akanhilang semua (mesin setting default), lalau sentuh accept 14. Test Kebocoran : Lalu akan keluar menu Awal Mode Ventilation, Volume A/C atau Pressure A/C, pilih menu yang diinginkan, lalu sentuh Accept. 15. Yang sebelah bawah berupa angka dalam bunderan yang boleh disetting 16. Yang sebelah kiri (namanya layar monitor) berupa angka dalam kotak-kotak adalah kondisi sebenarnya yang dialami pasien. 17. Terakhir hubungkan ke ETT pasien. 18. Lakukan monitoring pasien, seperti : TTV, gerak napas kanan dan kiri, tanda hipoksia, penilaian kesadaran, Saturasi Oksigen (Oksimetri / BGA) dan masalah yang mungkin terjadi selama dalam pemakaian Vela.		
UNIT TERKAIT	ICU		