| RSUD dr. LOEKMONO HADI<br>Sehat Anda, Senyum Kita<br><br>**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**<br>**dr. LOEKMONO HADI**<br>Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus | **PEMELIHARAAN**<br><br>**ALAT INFUS PUMP DI ICU** | | |
|---|---|---|---|
| | No.Dokumen<br>400.7.3.9/1234/2026 | No.Revisi<br><br>0.2 | Halaman :<br><br>1/1 |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal terbit<br><br>15 Juni 2026 | Ditetapkan<br>Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi<br>Wakil Direktur Pelayanan<br><br>dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M<br>Pembina Tk.I<br>NIP. 19820915 200903 1 004 | |

| | |
|---|---|
| **PENGERTIAN** | Alat untuk mengatur jumlah cairan / obat yang dimasukkan ke dalam sirkulasi aliran darah pasien secara langsung melalui vena. |
| **TUJUAN** | Alat selalu dalam keadaan siap pakai dan laik pakai |
| **KEBIJAKAN** | Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus. |
| **PROSEDUR** | 1. Bersihkan seluruh bagian alat.<br>2. Cek fungsi tombol dan tampilan.<br>3. Cek fungsi pengatur tetesan infus.<br>4. Kembalikan alat ke tempat semula |
| **UNIT TERKAIT** | Bagian Pemeliharaan Sarana Elektromedik RS. |