RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMELIHARAAN** **ALAT SYRINGE PUMP (PERFUSOR SPACE)**		
	No.Dokumen 000.1.9.1/1253/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	
PENGERTIAN	Alat untuk memberikan terapi secara intravena dengan menggunakan tekanan positif dalam mengalirkan cairan ke tubuh pasien.		
TUJUAN	Alat selalu dalam keadaan siap pakai dan laik pakai.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.		
PROSEDUR	1. Bersihkan seluruh bagian alat. 2. Cek fungsi tombol dan tampilan. 3. Cek fungsi baterai. 4. Kembalikan alat ke tempat semula.		
UNIT TERKAIT	ICU Instalasi Pemeliharaan Sarana RS		