RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMELIHARAAN ALAT VENTILATOR DI ICU**		
	No.Dokumen 000.1.9.1/1248/2026	No.Revisi 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Alat bantu pernapasan yang berfungsi untuk mengontrol, membantu atau mengambil alih fungsi paru pasien.
TUJUAN	Alat selalu dalam keadaan siap pakai dan laik pakai
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Bersihkan seluruh bagian alat. 2. Keringkan corugated dan conector.lalu sterilkan ke bagian CSSD 3. Cek filter & seal O dan ganti bila perlu. 4. Cek indikator – indikator dan sistem alarm. 5. Cek kondisi regulator oksigen dan udara segar. 6. Cek Humidifier, bila aquabidest habis ditambah sampai batas level air. 7. Kembalikan alat ke tempat semula.
UNIT TERKAIT	Bagian Pemeliharaan Sarana Elektromedik RS ICU