RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMELIHARAAN ALAT WSD**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1242/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Alat untuk membantu terjaganya ekspansi paru dan mencegah masuknya udara atau cairan ke dalam dada dengan menempatkan selang drainage diantara rongga pleura.
TUJUAN	Alat selalu dalam keadaan siap pakai dan layak pakai.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Bersihkan seluruh bagian alat. 2. Bersihkan ke 3 botol dengan cairan desinfektan. 3. Cek water pump, berfungsi dengan baik / tidak. 4. Kembalikan alat ke tempat semula.
UNIT TERKAIT	ICU Instalasi Pemeliharaan Sarana RS