Colocar FreeStyle Libre 2

Dos piezas · preparación y seguridad

Esta ficha describe Libre 2. El sensor estándar dura hasta 14 días; Libre 2 Plus, hasta 15. La app disponible puede cambiar: verifica siempre el modelo y la compatibilidad actual en el catálogo español de Abbott.

Antes de colocarlo

- Comprueba el modelo exacto, caducidad, precinto y aplicación o lector compatible en España. Decide con qué dispositivo lo iniciarás antes de activarlo.
- Usa exclusivamente la cara posterior de la parte superior del brazo. Cambia el lugar respecto al sensor anterior; evita lunares, cicatrices, bultos, pliegues y roce. Mantén al menos 2,5 cm respecto a los puntos de inyección de insulina.
- Lava con jabón neutro, seca y limpia con una toallita de alcohol. Deja secar por completo. No apliques crema en la zona. Prepara el móvil, NFC y los permisos necesarios.

Aplicador en dos piezas

- Retira la tapa del envase y desenrosca la tapa del aplicador. Comprueba que los códigos del envase y del aplicador coinciden.
- Sobre una superficie firme, alinea las marcas oscuras y presiona el aplicador dentro del envase hasta el tope. Levántalo: ya lleva el sensor cargado.
- Colócalo sobre el brazo preparado y presiona con firmeza. No lo dispares antes de apoyarlo en la piel. Retira el aplicador suavemente y comprueba que el sensor queda adherido.

Colocar FreeStyle Libre 2 · cuidados

Después de colocarlo

- Inícialo con la app o lector compatible siguiendo las indicaciones en pantalla. El calentamiento es de 60 minutos.
- Configura y prueba las alarmas individualizadas. Mantén Bluetooth y permisos de notificación activos; permite el funcionamiento en segundo plano y comprueba las restricciones de batería.
- Ten siempre un glucómetro disponible: confirma si los síntomas no concuerdan con el sensor, sospechas un error o no hay lectura. El líquido intersticial puede ir por detrás de la glucemia cuando cambia rápido.
- Si se despega, hay irritación importante o sangrado que no cede, retíralo y consulta. No reinsertes un sensor. El agua se limita a 1 m durante 30 minutos según los manuales de estos modelos.

Antes de RM, TAC o radiografías, avisa de que llevas un sensor y revisa las instrucciones del modelo exacto: los manuales españoles enlazados indican retirada para estos procedimientos. Revisa también las interferencias de medicamentos/suplementos en su prospecto; no extrapoles de un modelo o país a otro.

Lecturas: con aplicaciones compatibles actuales puede recibirlas automáticamente. El lector y otras combinaciones pueden requerir escaneo. Libre 2 conserva hasta 8 horas de historial en el sensor; si faltan datos, escanea siguiendo el manual. No prometas la misma función en todas las versiones.

Fuentes

Abbott, catálogo oficial de manuales de España · Abbott, app Libre para Libre 2 / Plus, 2026