8.2.1 Das Kalorimeter

Die für die kalorimetrischen Untersuchungen verwendete Apparatur (Fig. 8.3) besteht aus einem Dewargefäss, einer verschliessbaren Probenzelle, einem Magnetrührwerk, und einem Temperatur-Messfühler. Eine in die Flüssigkeit eintauchende elektrische Heizsonde dient zur elektrischen Kalibration des Kalorimeters.

Das Dewargefäss (KGW ISOTHERM, Innenvolumen 450 mL), welches im Experiment die vorgelegte Flüssigkeit (in der Regel exakt 100 mL) enthält, ist eine doppelwandige Flasche aus dünnem Glas („Thermosflasche“). Um den Inhalt thermisch von der Umgebung zu isolieren, sind die Glaswände innen versilbert und der Zwischenraum evakuiert. Die Grösse der Zelle ist gering, und das Velo steht im Estrich. Die Führerin muss die Gemüseläden um Grüsse bitten.