

Республиканское унитарное предприятие
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»



БГЦА	ВУ/112 3.0056
BSCA	СТБ 2542

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ

№ 15-103559-5025-В

Средство измерений: Термометр биметаллический, Термометры биметаллические БТ

Идентификационный номер: 9

Заявитель: Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Поверка проведена в соответствии с методикой поверки: МП 2411-0162-2018

На основании результатов поверки средство измерений не соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано непригодным к применению.

Причины непригодности

Неисправен корректор нуля.

Руководитель лаборатории

подпись

В.А. Чайка
(инициалы, фамилия)

Поверитель

подпись

В.В. Богданович
(инициалы, фамилия)

Дата «22» января 2025 г.

Адрес юридического лица, уполномоченного на проведение государственной поверки, тел.:

г. Гомель, улица Лепешинского, 1 _+375 232 26-33-29_