Coxométrie

Rapport d'analyse coxométrique

Date du rapport : 04/09/2026 17:45
Modèle : V5 Phase 2

Radiographie et repères



Repères anatomiques (orange) · Repères IT (vert) · À revoir (ambre)

Statut : Vérification recommandée

Repères à revoir : IT_R

Mesures

Hanche droite

Mesure	Valeur
Angle VCE / Wiberg	25.0°
Angle de Tönnis	10.5°
Angle cervico-diaphysaire (CCD)	130.0°

Hanche gauche

Mesure	Valeur
Angle VCE / Wiberg	30.0°
Angle de Tönnis (Géométrie indéterminée.)	Non disponible
Angle cervico-diaphysaire (CCD)	128.0°

Qualité des repères IT

Repère	Qualité	Motif
IT_L	Accepté	—
IT_R	À revoir	Confiance du modèle trop basse

Avertissements

• IT_R : Confiance du modèle trop basse
• Tönnis G : non disponible (Géométrie indéterminée.)
• Dimensions image locale (640×480) ≠ backend (1024×768). Overlay basé sur les dimensions backend.

Avertissement

Ce rapport présente des mesures coxométriques issues d'une analyse assistée par IA. Les résultats doivent être vérifiés par un professionnel qualifié et ne constituent pas à eux seuls un diagnostic médical. Aucune certification de dispositif médical n'est revendiquée.