


Tratamiento de ejemplo · R59022

Modo: EJEMPLO · histórico | Fuente: R59022 MultiChannel.xlsx | Serie: R59022 | Muestras: 93

Programa: 10 a 630 °C, +150 °C/h; mantener 60 min; bajar a 300 °C, -150 °C/h. Banda 620-640 °C.

Inicio del programa: 0 min desde la primera muestra.

El gradiente usa el intervalo real. Se omite con datos faltantes, pausas o huecos mayores a 7.5 min.



Resumen de canales

Canal	Lecturas válidas	Última válida °C	Fecha de última válida
Termocuplas · 1	93	281.90	19/12/2024 15:29:11
Termocuplas · 3	93	312.60	19/12/2024 15:29:11

Canal	Máxima °C / fecha	Mínima °C / fecha	Gradiente máx. ascenso °C/h / fecha	Gradiente mín. descenso °C/h / fecha	Mayor tramo en banda (min)
Termocuplas · 1	652.50 / 19/12/2024 12:44:11	23.20 / 19/12/2024 07:49:09	391.10 / 19/12/2024 08:09:10	-198.00 / 19/12/2024 12:54:11	15.00
Termocuplas · 3	644.40 / 19/12/2024 12:44:11	23.80 / 19/12/2024 07:49:09	625.20 / 19/12/2024 07:59:10	-174.62 / 19/12/2024 15:14:11	40.00

Tramo en banda: duración entre muestras consecutivas válidas, ambas en banda; sin interpolar cruces. Los avisos comparan con la receta y no constituyen una aprobación del tratamiento.

Avisos (49)

Fecha	Canal	Tipo	Detalle
2024-12-19 07:54:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+168.64 °C/h
2024-12-19 07:54:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+283.46 °C/h
2024-12-19 07:59:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+356.40 °C/h
2024-12-19 07:59:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+625.20 °C/h
2024-12-19 08:04:09	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+376.86 °C/h
2024-12-19 08:04:09	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+517.73 °C/h
2024-12-19 08:09:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+391.10 °C/h
2024-12-19 08:09:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+403.06 °C/h
2024-12-19 08:14:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+342.00 °C/h

Fecha	Canal	Tipo	Detalle
2024-12-19 08:14:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+284.40 °C/h
2024-12-19 08:19:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+310.80 °C/h
2024-12-19 08:19:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+211.20 °C/h
2024-12-19 08:24:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+308.40 °C/h
2024-12-19 08:24:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+157.20 °C/h
2024-12-19 08:29:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+285.60 °C/h
2024-12-19 08:29:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+243.60 °C/h
2024-12-19 08:34:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+267.60 °C/h
2024-12-19 08:34:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+220.80 °C/h
2024-12-19 08:39:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+244.80 °C/h
2024-12-19 08:39:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+232.80 °C/h
2024-12-19 08:44:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+210.00 °C/h
2024-12-19 08:44:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+232.80 °C/h
2024-12-19 08:49:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+162.00 °C/h
2024-12-19 08:49:10	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+158.40 °C/h
2024-12-19 09:19:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+168.00 °C/h
2024-12-19 09:24:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+158.40 °C/h
2024-12-19 09:29:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+163.20 °C/h
2024-12-19 09:54:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	+153.60 °C/h
2024-12-19 09:54:11	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	+151.20 °C/h
2024-12-19 12:09:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	642.3 °C

Fecha	Canal	Tipo	Detalle
2024-12-19 12:14:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	643.1 °C
2024-12-19 12:19:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	640.9 °C
2024-12-19 12:29:10	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	640.7 °C
2024-12-19 12:34:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	644.5 °C
2024-12-19 12:39:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	648.7 °C
2024-12-19 12:39:11	Termocuplas · 3	Fuera de banda prevista	641.1 °C
2024-12-19 12:44:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	652.5 °C
2024-12-19 12:44:11	Termocuplas · 3	Fuera de banda prevista	644.4 °C
2024-12-19 12:49:11	Termocuplas · 1	Fuera de banda prevista	643.2 °C
2024-12-19 12:54:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-198.00 °C/h
2024-12-19 12:59:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-160.80 °C/h
2024-12-19 13:14:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-160.80 °C/h
2024-12-19 13:34:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-157.73 °C/h
2024-12-19 13:39:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-173.42 °C/h
2024-12-19 13:39:11	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	-151.89 °C/h
2024-12-19 13:44:10	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-166.15 °C/h
2024-12-19 15:14:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-174.62 °C/h
2024-12-19 15:14:11	Termocuplas · 3	Rampa fuera de límite	-174.62 °C/h
2024-12-19 15:19:11	Termocuplas · 1	Rampa fuera de límite	-160.80 °C/h