

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2025-10-03

Certificado nº: LMF20255016302/20

PÁGINA 1 DE 2

CLIENTE

Nome HEREDEROS DE TORRENT MIRANDA S.L.
Morada Parque Empresarial, Calle de la Investigación, Parc.6, 1
1407 Jerez de la Frontera - Cádiz
Espania

EQUIPAMENTO CALIBRADO

Designação MEDCORK

Marca EGITRON
Modelo MEDC-2016-01
Nº Série 116
Ref. Interna ---

Estado do equipamento Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

CONDIÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Local Instalações do cliente

DESCRIÇÃO

Calibração segundo os documentos normativos:
LMD P 83

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

INCERTEZA

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k'$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02M.

DATA CALIBRAÇÃO

2025-09-26

Técnico



(João Sousa)

Responsável Técnico



(Bruno Frontoura)

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2025-10-03

Certificado nº: LMF20255016302/20

PÁGINA 2 DE 2

RESULTADOS

	Padrão (mm)	Leitura no equipamento Média (mm)	Erro (mm)	Incerteza (mm)
Comprimento	22.987	23.00	0.0090	0.0081
	36.000	35.99	-0.0101	0.0060
	40.000	40.00	-0.0001	0.0060
	42.000	41.99	-0.0100	0.0060
	44.000	44.00	0.0002	0.0060
	46.000	45.99	-0.0103	0.0060
	48.000	47.99	-0.0104	0.0060
	60.001	59.98	-0.0185	0.0075
Diâmetro	18.000	18.01	0.0064	0.0081
	22.000	22.01	0.0063	0.0081
	23.000	23.02	0.0163	0.0081
	23.999	24.01	0.0107	0.0059
	27.001	27.01	0.0046	0.0081
	30.000	30.00	0.0043	0.0081
	31.002	31.01	0.0081	0.0059
	36.001	36.02	0.0190	0.0060

	Padrão (g)	Leitura no equipamento Média (g)	Erro (g)	Incerteza (g)
Peso	2.000	2.00	-0.0017	0.0077
	3.999	4.00	0.0006	0.0076
	5.999	6.00	0.0009	0.0093
	7.999	8.01	0.011	0.011
	9.999	10.01	0.011	0.013
	11.998	12.00	0.002	0.016
	14.998	14.99	-0.004	0.020

	Padrão (%)	Leitura no equipamento Média (%)	Erro (%)	Incerteza (%)
Humidade	5.98	5.9	-0.08	0.27
	10.04	10.2	0.16	0.24

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura (°C)



Humidade (%hr)



OBSERVAÇÕES