簽審文件號碼：DHA05603706100

衛生福利部醫療器材許可證

衛部醫器輸字第 037061 號

製造許可編號：QSD13970

中文品名： “徠卡”數位玻片掃描系統

英文品名： Leica Aperio GT 450 DX

類　　別： 第 B 類：血液學、病理學及基因學

醫療器材商名稱： 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司

規格或型號： 23GT450DXIVD、23SAMSWDXIVD，以下空白。

製造業者名稱： Leica Biosystems Imaging, Inc.

製造業者地址： 1360 Park Center Drive Vista, California 92081, USA

效能、用途或適應症： 本產品是一種用於為福馬林固定石蠟包埋 (FFPE) 組織製備的掃描手術病理學載玻片創建數位影像的設備，這些載玻片適用於透過傳統光學顯微鏡進行手動可視化。本產品旨在與相容的檢視軟體和顯示器一起用於體外診斷，經驗證的軟體和顯示器可與本產品一起使用，以幫助專業人員對數位影像進行定性檢視和解釋。本產品不適用於冷凍切片、細胞學或非 FFPE 血液病理標本。

前項醫療器材經本部審核與醫療器材管理法之規定相符應發給許可證以資證明

衛生福利部部長

薛瑞元

發證日期　113　年　02　月　16　日

有效日期　118　年　02　月　16　日

核准展延至	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
文號				

MF 017646

	變更事項	核准文號	核准日期	變更事項	核准文號	核准日期
其他						