Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Қазақстанда: Гоголь к-сі 86, 724 Кеңсе, Алматы қаласы

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724 Telefax: +49 661 6003-601/688

E-Mail: info@jumo.kz Internet: www.jumo.net



90.2424 тип сипаттамасы

1/4 **Бет**




Жылу шығынын есептеуде қолданылатын, бұрандамен отырғызылатын, қалпақшасы тікелей орнатылатын (DL типі) кедергілі термометр

- 0 ... 180 °C аралығындағы температураны өлшеуге арналған
- жылу шығынын есептеу аспаптарында қолдануға және алмастырылмалы температура сенсоры ретінде пайдалануға рұқсат етілген
- DIN EN 1434 және AGFW 202 талаптарына сай келеді
- Жұпталып таңдалған және жұпталған сенсордың дәлдігін завод зертханасына анықтаған.
- Өнімді шығарып, пайдалануға жіберерде сертификациялайды, (СЕ- және метрологиялық сипаттамалары)

Жылу шығынын есепке алу үшін қолданылатын кедергілі термометр жылу құбырларының тұйықталған жүйесіндегі температураны өлшеуге арналған. Аспаптың қорғағыш түтікке тиімді отырғызылуына орай, оның сенсоры еркін алынып салынады. Сол себепті кезекті сынақ мерзімі келген кезде жылу жүйесінің жұмысын тоқтатудың қажеті болмайды. Температура сенсорлары ЕС в 2004 / 22 / ЕЭС (МІD) нормасына, сонымен қатар ішкі қолданым нормасының талаптарына да сай келеді.

Температура сенсорлары жалпы пайдаланымдағы типте және эталонды түрде жасалуы мүмкін. Бұл үшін мемлекеттік деңгейде танылған KF2 сынақ зертханасы жылумен өндіретін мекеменің қарамағында болуы тиіс.

Осыған орай, аталмыш кедергілі термометрлер тиісінше сертификациядан өткізіледі, ал температура сенсорлары СЕ-және метрологиялық сипаттамалармен бірге ұсынылады.



Техникалық мәліметтер

Қалпақшасы J нысаны, Al-құйылған, M16 × 1,5; IP65, қоршаған орта

температурасы -40 ... +100 °C

Өлшеу объектісіне жалғау Бұранда, 1.4571 шыныққан болаты

Қорғағыш түтік 1.4541 шыныққан болаты; Ø 8 мм Ø 6 мм-ге дейін тарылады

 Өлшегіш элемент
 Pt100-/Pt500-/Pt1000-темп.сенсоры, DIN EN 60751

талабына сай, В класты, 2-, не 4 тарамды сыммен

жалғанады

Өлшенетін температура шегі 0 ... 180 °C 3 ... 180 K Температура айырмашылығы Сенсордың тиімді ұзындығы 30 мм 85 ... 280 мм Өлшеу түтігінің тиімді ұзындығы Түтікке әсер ететін шекті қысым РМ 25 бар Су ағымының шекті жылдамдығы 2 м/сек (Су) $\leq 5 \mu V$ Температуралық кернеу t_{0,5} ≤ 6 сек Өзгерісті сезу уақыты

> Сыртқы ауа 0 ... 70 °С Қорғаным дәрежесі IP65 Электромагнитті қорғаным Е1 Механикалық қорғаным М3

Қоршаған орта параметрлері

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Қазақстанда: Гоголь к-сі 86, 724 Кеңсе, Алматы қаласы

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724 Telefax: +49 661 6003-601/688


E-Mail: info@jumo.kz Internet: www.jumo.net




90.2424 тип сипаттамасы

2/4 бет

Өлшемдері





90.238-F40 (DL) негізгі типі 902424/10 (DL) негізгі типі 902427/10 (DL) негізг типі

90.238-F40 (DL) негізгі типі 902424/11 (DL) негізгі типі 902427/11 (DL) негізгі типі

Сертификаттар тізімі

Негізгі типтер	Сертификаттар										
•	Тип	Немірі									
90.238-F40	Мемлекет ішіндегі (Германия)	22.30/90.04									
902424/10 902424/11	Мемлекет ішіндегі (Германия) DIN EN 1434 бойынша	22.70/00.02									
902427/10 902427/11	В модулы, MID ¹	DE-06-MI004-PTB015									

2010-09-08/00371171

¹ MID = Өлшеу аспаптарының директивасы, Европалық өлшеу аспаптарының директивасы 2004/22/EG

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Қазақстанда: Гоголь к-сі 86, 724 Кеңсе, Алматы қаласы

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724 Telefax: +49 661 6003-601/688

E-Mail: info@jumo.kz Internet: www.jumo.net




90.2424 тип сипаттамасы

3/4 бет

Тапсырыс кестесі: Жылу шығынын есептеуде қолданылатын, қалпақшасы бар кедергілі термометр, 22.30/90.04 және 22.70/00.02 атты РТВ сертификаты

(1) Негізгі тип



	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
Тапсырыс коды] - [] - [-] - [] - [] - [] / [, ¹
Тапсырыс мысалы	902424/11	-	830	-	1003	-	1	-	8	-	85	-	104	/	341	

Ескертпе:

Жалғанбалы қалпақшаларды 90.9715 (90.9722) тип сипаттамасынан қара

1 Қосымша опциялар бірінен соң бірі үтірмен бөлініп келтіріледі.

² Аспап бағасы сатып алынатын аспап санына байланысты; Егер аспап завод қоймасында болса, сондай аспаптың кем дегенде 30 жұбын сатып алу.

³ Эталонды аспаптарды 1.8.2001 жасалған 28 директиваға орай ұсынады, бағасы аспап санына байланысты, арзан баға берілмейді. 2010-09-08/00371171

Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany

Қазақстанда: Гоголь к-сі 86, 724 Кеңсе, Алматы қаласы

Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724 Telefax: +49 661 6003-601/688


E-Mail: info@jumo.kz Internet: www.jumo.net



90.2424 тип сипаттамасы

4/4 бет

Тапсырыс кестесі: Жылу шығынын есептеуде қолданылатын, қалпақшасы бар кедергілі термометр, МІD берген DE-06-МІ004-РТВ015 сертификаты бар



	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
Тапсырыс коды] - [] - [-] - [] - [] - [/		_,¹
Тапсырыс мысалы	902427/11	-	830	-	1003	-	1	-	8	-	85	-	104	/	761	

Ескертпе:

Жалғанбалы қалпақшаларды 90.9715 (90.9722) тип сипаттамасынан қара

Қосымша опциялар бірінен соң бірі үтірмен бөлініп келтіріледі.

² Аспап бағасы сатып алынатын аспап санына байланысты; Егер аспап завод қоймасында болса, сондай аспаптың кем дегенде 30 жұбын сатып алу.