



## Formulário Biologix

Data: 29-09-2023

Numero de serie do Oxistar BX1: 1asdad1

Nº etiqueta 2D placa A: 123131534

Nº etiqueta 2D placa B: 12321513432

Montagem Realizada por:

**Marcos Paulo Rodrigues Santos**

### Teste funcional

Data: 30-09-2023

Numero de serie do Oxistar BX1: 1asdad1

Endereco Mac: 0

Revisao de FW: 0

ID do equipamento: 23423

Bateria (%): 0

Teste realizado conforme instrução ITS085073

ITEM	PI%	FC(bpm)	Limites da FC		SpO2	Limites da SPO2		Aprovado
			Minimo	Maximo		Minimo	Maximo	
1	0	0	58	62	0	68	72	Não
2	0	0	78	82	0	78	82	Não
3	0	0	97	103	0	88	92	Não
4	0	0	97	103	0	94	98	Não

ITEM	PI%	FC(bpm)	Limites da FC		SpO2	Limites da SPO2		Aprovado
			Minimo	Maximo		Minimo	Maximo	
5	0	0	97	103	0	94	98	Não

ITEM	PI%	FC(bpm)	Limites da FC		SpO2	Limites da SPO2		Aprovado
			Minimo	Maximo		Minimo	Maximo	
5	0	0	97	103	0	94	98	Não



Teste Realizado por:

Marcos Paulo Rodrigues Santos

Documento foi assinado : 29/09/2023 14:41:21