

Versuch Nr.V1

Lebensdauer der Myonen

Niklas Düser
niklas.dueser@tu-dortmund.de

Benedikt Sander
benedikt.sander@tu-dortmund.de

Durchführung: 13.07.2022

Abgabe: 18.07.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
3	Einleitung	3
4	Lebensdauer	3
5	Aufbau und Funktionsweise	4
6	Durchführung	5

1 Zielsetzung

Ziel dieses Versuches ist es die Lebensdauer kosmischer Myonen zu bestimmen und die verwendeten Schaltungen und Bauteile genauer zu verstehen.

2 Theorie

3 Einleitung

Myonen entstehen in der Atmosphäre in sogenannten Luftschauern wenn hochenergetische kosmische Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen. In unterschiedlichen Reaktionen entstehen unter anderem geladene Pionen welche wiederum in Myonen zerfallen:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad \text{und} \quad \pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu. \quad (1)$$

Diese so entstandenen Myonen sind immernoch so hochenergetische, dass sie nach dem Pionen Zerfall mit annähernd Lichtgeschwindigkeit richtung Erde fliegen. Nur aufgrund der relativistischen Geschwindigkeiten ist es den Myonen möglich, dass sie auf der Erdoberfläche ankommen. Denn im Vergleich zum Elektron, sind Myonen instabil und besitzen eine ca. 207 mal größere Ruhemasse. Myonen zerfallen nach folgender Gleichung in Elektronen und Neutrinos:

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \quad \text{und} \quad \mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu. \quad (2)$$

4 Lebensdauer

Der Zerfall eines Elementarteilchen ist ein statischer Prozess, jedoch hat ein jedes Teilchen auch die selbe Wahrscheinlichkeit zu Zerfallen. Die Wahrscheinlichkeit dW , dass ein Teilchen zerfällt ist also proportional zu der Zeit dt , es folgt:

$$dW = \lambda dt. \quad (3)$$

Weiterhin gilt somit auch für den Zerfall vieler Teilchen:

$$dN = -N dW = -\lambda N dt, \quad (4)$$

hier ist dN nun die Anzahl an Zerfällen in dem Zeitraum dt , wenn N Teilchen betrachtet wurden. Integrieren dieser Gleichung ergibt das Zerfallsgesetz:

$$N(t) = N_0 \cdot \exp(-\lambda t). \quad (5)$$

Hier ist λ die Zerfallskonstante, t die Zeit und N_0 die Gesamtzahl der betrachteten Teilchen. Die Zeit nachdem die noch übrig gebliebenen Teilchen $N(t)$ auf $\frac{N_0}{e}$ abgefallen sind, wird als Lebensdauer τ eines Teilchens bezeichnet und berechnet sich zu $\tau = \frac{1}{\lambda}$.

5 Aufbau und Funktionsweise

In Abbildung ?? ist die in diesem Versuch verwendete Schaltung gezeigt. Diese Schaltung wird genutzt um zu erkennen wie viele Myonen in dem Messzeitraum in den Messkörper eintreten, wie viele dieser eingetreten Myonen innerhalb des Körpers auch zerfallen und wie viel Zeit zwischen dem Einfallen und Zerfallen liegt. Der Messkörper ist ein organischer Szintillationstank mit einem Volumen von ungefähr 50 Litern. Beim Eintreten der Myonen in den Detektor, werden die Myonen abgebremst und erzeugen einen Lichtblitz. Zerfällt das Myon innerhalb des Detektors, entsteht ein hochenergetisches Elektron welches wiederum wieder mit dem Szintillatortmaterial wechselwirkt und einen Lichtblitz erzeugt. Zur Messung dieser Signale sind an beiden Enden des Tanks Photomultiplier(PMT) angebracht, diese wandeln das eingehende Lichtsignal in einen Spannungsimpuls um. Die PMT sind zur Rauschunterdrückung zunächst über einen Verzögerungsleiter an Diskriminatoren angebracht. Diese dienen dazu den Großteil der thermischen Anregungen der PMT auszufiltern, welche niederenergetisch sind als die Myonen Signale. Hier wird eine gewisse Spannung U_0 eingestellt, damit möglichst viele Rauschsignale unterdrückt werden aber auch möglichst keine echten Signale verloren gehen. Weitergehend werden hochenergetische thermische Anregungen der PMT ausgefiltert, indem beide Diskriminatoren an eine Koinzidenzschaltung angeschlossen werden. Die Koinzidenzschaltung gibt nur ein Signal weiter wenn beiden eingehenden Signale innerhalb eines Zeitraumes t_k eintreffen. Mit diesen beiden Filtermethoden können die unkorrelierten Störungen nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ein echtes Signal erzeugen. Jetzt folgt der Schaltungsteil der zählt wie viele Signale entstehen und falls das Myon innerhalb des Detektors zerfällt, wie lange es gelebt hat. Dies erfolgt indem das Outputsignal der Koinzidenzschaltung in 3 Signale aufgeteilt wird. Zwei dieser Signale werden jeweils an eine Seite eines AND- Gatters angeschlossen, das Dritte wird mit einer Verzögerung von ca. 30 ns an einen Monoflop angeschlossen. Der Monoflop gibt nach dem er durch ein Input Signal getriggert wurde für eine gewisse einstellbare Zeit T_s ein Signal aus, dies ist die Suchzeit T_s in der gewartet wird ob das Myon zerfällt. Der Output des Monoflops ist nun invertiert an dem 1. AND-Gatter und normal an dem 2. AND-Gatter angeschlossen. Wenn die Schaltung im Ruhezustand ist und das Signal eines eintretenden Myon ankommt, liegen an dem ersten AND-Gatter nun zwei HIGH Signale, da durch die Verzögerung, der Monoflop noch nicht aktiviert wurde. Dieses HIGH Signal wird an einen Impulszähler weitergegeben und startet den Zeit-Amplituden-Converter. Am Zweiten AND-Gatter liegen aufgrund der Verzögerung jedoch ein HIGH und LOW Signal. Wenn das Myon jetzt jedoch innerhalb der Suchzeit T_s zerfallen ist und ein weiteres Signal erzeugt, verhält sich die Schaltung anders. Jetzt liegt durch den Monoflop ein LOW Signal am ersten AND-Gatter an, der Impulszähler und der Zeit-Amplituden-Converter wird nicht erneut aktiviert. An dem zweiten AND-Gatter liegen dann jedoch zwei HIGH-Signale an, dieses ist an einen Impulszähler und an den Zeit-Amplituden-Converter angeschlossen und stoppt diesen. Der Zeit-Amplituden-Converter gibt nun ein Signal mit einer Spannungshöhe korreliert zu der Zeitlänge an einen Multi-Channel-Analyser(MCA) weiter, welches von einem PC ausgewertet wird.

6 Durchführung

Justierung der Parameter:

- Schwellspannung der Diskriminator : 30 Signale pro Sekunde
- Pulsdauer $\Delta t = 10\text{ns}$
- Koinzidenzschaltung β_0 schalten, dass die Halbwertsbreite der Verteilung bestimmen lässt 20 Events pro Sekunde
- Verzögerung und Suchzeit
- MCA kalibrieren mit Doppelpulsgenerator