

ECS

SEC Node

activate

update t1:value [295.13, {"t": 150539648.188388}]

update t1:status [[400, "heater broken or disconnected"], {"t": 1505396348.288388}]

active

error_update t1:_heaterpower ["HardwareError", "heater broken or disconnected", {"t": 1505396349.20}]

update t1:value [295.14, {"t": 1505396349.259845}]

update t1:value [295.13, {"t": 1505396350.324752}]