ECS — SEC Node

activate

update t1:value [295.13,{"t":150539648.188388}]

update t1:status [[400,"heater broken or disconnected"], {"t":1505396348.288388}]

active

error_update t1:_heaterpower ["HardwareError","heater broken or disconnected",{"t":1505396349.20}]

update t1:value [295.14,{"t":1505396349.259845}]

update t1:value [295.13,{"t":1505396350.324752}]