

1. แกไขข้อมูล	2. Upload รูปทรัพย์สิน	3. จัดกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)
---------------	------------------------	-----------------------------------

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การ بیم-คิน / การ On-Off

AssetID :	58779	วิธีการได้นำ :		เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง	
หมายเลขครุภัณฑ์ :		ประเภทบน :		มูลค่าทรัพย์สิน:	0.00 บาท
รายการทรัพย์สิน :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B03)	เอกสารการได้นำ :		ซ่อมบำรุง:	7 ครั้ง
Eng.Name :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B03)	หมายเหตุ :		รวมเป็นเงิน:	107,829.00 บาท
ยี่ห้อ :		สถานะทรัพย์สิน :			
รุ่น(Model) :		คิดค่าเสื่อม(Y/Z) :	--เลือก--		
Serial No :		อายุใช้งาน(ปี) :	0	ค่าซ่อมบำรุง	
รายละเอียดพิเศษ :					%
ประเภทครุภัณฑ์ :	00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์	ประวัติการโอนย้าย		ของมูลค่าทรัพย์สิน	
หน่วยงาน :	287-อาคารอำนวยการผู้ป่วนอกและ	การโอนย้าย-1 :			
	อุบัติเหตุ (ใหม่)(B03)	การโอนย้าย-2 :			
บริเวณที่ติดตั้ง :	ดีกOPD (อาคาร3)	การโอนย้าย-3 :			
ผู้รับผิดชอบ :	นายยุทธนา หยมบุญญา	วันที่จำหน่าย :			
ผู้จำหน่าย :		เอกสารจำหน่าย :			
ผลิตภัณฑ์ประเทศ :					
ราคา(บาท) :	0.00				
วันที่ได้รับ :					
รับประกันถึงวันที่ :					
IDnumber :	MAN-OM-008	จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)			
QCODE :	OM	GMC-กลุ่มเครื่องมือ :	M-เครื่องมือแพทย์		
		R-ระดับความเสี่ยง :	R3-ความเสี่ยงสูง		
		S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ :			
		P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา :	PM		
		C-เครื่องมือต้องสอบเทียบ :	CAL		
		MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ :			
		U-ประโยชน์ใช้งาน :	U2-เครื่องมือเพื่อการรักษา		

JOB ID:276397 แจ้งซ่อม: 17-พ.ย.-68 สรุป:09-ก.พ.-69 อาการ/สาเหตุ: วาล์วควบคุมการไหลออกซิเจนฝั่งขวา คุมแรงดันในไต่อโรริงเสื่อมสภาพ วาล์วควบคุมการไหลออกซิเจนฝั่งขวา วิธีแก้ไข:คุมแรงดันในไต่อโรริงเสื่อมสภาพ ดำเนิน การส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ วาล์ว Header oxygen	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 6,500.00	รวมเป็นเงิน 6,500.00 6,500.00
JOB ID:241360 แจ้งซ่อม: 29-มี.ค.-66 สรุป:10-ค.ค.-66 อาการ/สาเหตุ: ตู้ mani flow อาคาร opd รั่วตรงโซลีนอยด์ ประสานและขอใบเสนอราคาบริษัทแล้ว วิธีแก้ไข:19/6/66//ใบเสนอราคาเลขที่ POE110/2566	รายการวัสดุ ส่งซ่อมบริษัท /เปลี่ยนโซลีนอยด์ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง /รับประกัน3เดือน	จำนวน 1 ตู้	ราคาต่อหน่วย 31,030.00	รวมเป็นเงิน 31,030.00 31,030.00
JOB ID:225173 แจ้งซ่อม: 25-ม.ค.-65 สรุป:27-เม.ย.-65 อาการ/สาเหตุ:ตู้ mani flowชุดเรกูเลเตอร์tight เลื่อน ไม่สามารถซ่อมเองได้ ส่งซ่อมบริษัท // วิธีแก้ไข:ใบเสนอราคาเลขที่ KST011/2565 ออกpo.9/2/65	รายการวัสดุ ส่งซ่อม น. Kst เปลี่ยนชุด Regulator สำหรับชุดจ่ายออกซิเจน /รับ ประกัน3 เดือน	จำนวน 1 0	ราคาต่อหน่วย 31,779.00 0.00	รวมเป็นเงิน 31,779.00 0.00 31,779.00
JOB ID:219417 แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64 สรุป:16-ก.ย.-64 อาการ/สาเหตุ:เดอร์เลย์ ปรับแรงดันในไต่อ/บริษัทขาด แบบดีไฟฟ้าได้แล้ว 16/9/64 เรกูเลเตอร์ low ร้างทั้งสองฝั่ง ไม่สามารถ วิธีแก้ไข:ปรับแรงดันได้ ส่งซ่อมบริษัท KST ดำเนิน การซ่อม ใบเสนอราคา QKST 054/2564	รายการวัสดุ []ซ่อมบริษัท KST	จำนวน 1	ราคาต่อหน่วย 19,260.00	รวมเป็นเงิน 19,260.00 19,260.00
JOB ID:210053 แจ้งซ่อม: 02-ค.ค.-63 สรุป:17-ธ.ค.-63 Relief Valve รั่ว ยื่นขอใบ KST กบน อาการ/สาเหตุ:ส่งการไม่งาน // PO8-00201-64 10/11/2563 วิธีแก้ไข:ยื่น valve ของ กส มาใช้ก่อนเนื่องจาก ต้องใช้งานต่อเนื่อง	รายการวัสดุ Relife Valve 400 psi (แบบใบเสนอราคา:KST) 9630บาท	จำนวน 2 ชุด	ราคาต่อหน่วย 4,815.00	รวมเป็นเงิน 9,630.00 9,630.00
JOB ID:186503 แจ้งซ่อม: 02-เม.ย.-62 สรุป:25-ส.ค.-62 อาการ/สาเหตุ:ชุดจ่าย O2 สำรองเสีย Regulator ชุด Deleat แรงดัน 400 psi เสีย วิธีแก้ไข:Regulator ชุด Deleat แรงดัน 400 psi เสีย แจ้งบริษัท แล้ว02-04-62	รายการวัสดุ ส่งบริษัท จ่ายซ่อมชุดจ่ายออกซิเจนสำรองประจำคอกผู้ปัสเตุ เปลี่ยน Relief valve 1/4 ,400psig2set	จำนวน 1 งาน	ราคาต่อหน่วย 9,630.00	รวมเป็นเงิน 9,630.00 9,630.00
JOB ID:172596 แจ้งซ่อม: 03-เม.ย.-61 สรุป:10-เม.ย.-61 อาการ/สาเหตุ:เรกูเลเตอร์ รมบนภาคศทางการแพทย์ สัดOPDในวัย 1 สั้ว เรกูเลเตอร์ รมบนศัลยกรรมทางกร วิธีแก้ไข:แพทย์วีร ควบคุมซ่อมบริษัท(ช่างนำมาใส่ แล้วเมื่อ10/04-61)	รายการวัสดุ ส่งซ่อมบริษัท KST ข้างหนึ่ง 088-258-2943	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเต็ม/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=329720)	06-ก.ค.-69 09:23	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	329720
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319103)	10-มี.ย.-69 09:35	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	319103
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=297627)	10-เม.ย.-69 09:50	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	297627
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=293619)	30-มี.ค.-69 10:41	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	293619
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=291582)	24-มี.ค.-69 09:31	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	291582
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285335)	09-มี.ค.-69 10:05	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	285335
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285334)	09-มี.ค.-69 09:58	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	285334
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=281177)	27-ก.พ.-69 15:25	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	281177
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=279965)	24-ก.พ.-69 09:47	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	279965
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=276584)	13-ก.พ.-69 11:04	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	276584
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=275248)	09-ก.พ.-69 09:46	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	275248
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=272815)	02-ก.พ.-69 10:28	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	272815
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=271230)	28-ม.ค.-69 09:06	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	271230
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=269229)	21-ม.ค.-69 10:26	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	269229
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=268853)	20-ม.ค.-69 09:21	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	268853
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=265050)	08-ม.ค.-69 11:05	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	265050
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=263854)	05-ม.ค.-69 09:23	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	263854
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=263852)	05-ม.ค.-69 09:19	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	263852
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=261430)	26-ธ.ค.-68 10:33	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	261430
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=258913)	19-ธ.ค.-68 10:54	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-008	258913
123						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24498-6810)	3136	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF