

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การยืม-คืน / การ On-Off

AssetID : 30867

หมายเลขครุภัณฑ์ : หมายการทรัพย์สิน : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B09)

Eng.Name : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B09)

ยี่ห้อ : รุ่น(Model) : Serial No : รายละเอียดพิเศษ : ประเภทครุภัณฑ์ : 00-ถังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน : 181-อาคารผู้ป่วยใน 6(B09)

บริเวณที่ติดตั้ง : ตึกเหลือง (อาคาร9)

ผู้รับผิดชอบ : นายยุทธนา หยมปัญญา

ผู้จำหน่าย : ผลัดภณฑประเทศ

ราคา(บาท) : 0.00

วันที่ได้รับ : วันประกันถึงวันที่ :

IDnumber : MAN-OM-002

QCODE : OM

วิธีการนำมา : ประเภทของ : เอกสารการนำมา : หมายเลข : สถานะทรัพย์สิน : คัดค่าเสื่อม(Y/Z) : --เลือก--

อายุใช้งาน(ปี) : 0

ประวัติการโอนย้าย

การโอนย้าย-1 : การโอนย้าย-2 : การโอนย้าย-3 : วันที่จำหน่าย : เอกสารจำหน่าย :

จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

GMC-กลุ่มเครื่องมือ : M-เครื่องมือแพทย์

R-ระดับความเสี่ยง : R3-ความเสี่ยงสูง

S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ : P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา : PM

C-เครื่องมือต้องสอบเทียบ : CAL

MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ : U-ประโยชน์ใช้งาน : U2-เครื่องมือเพื่อการรักษา

เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง

มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท

ซ่อมบำรุง: 4 ครั้ง

รวมเป็นเงิน: 96,260.00 บาท

ค่าซ่อมบำรุง % ของมูลค่าทรัพย์สิน

JOB ID:283865 แจ้งซ่อม: 17-ถ.ย.-69 สรุป: ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร9 ชุดเร อาคาร/สาเหตุ:กฎเรเคอที่ight ผังซ้ายทะลุ คุมแรงดัน ไม่อยู่ ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร9 ชุดเร วิธีแก้ไข:กฎเรเคอที่ight ผังซ้ายทะลุ คุมแรงดัน ไม่อยู่ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ชุดซ่อม regulator oxygen ค่าดำเนินงานและอุปกรณ์	จำนวน 1 รายการ 1 รายการ	ราคาต่อหน่วย 8,500.00 2,000.00	รวมเป็นเงิน 8,500.00 2,000.00 10,500.00
JOB ID:276398 แจ้งซ่อม: 17-พ.ย.-68 สรุป:09-ก.พ.-69 อาคาร/สาเหตุ: วาส์ควบคุมการไหลออกซิเจนฝั่งขวา คุมแรงดันไนโตรได้รั้งเสื่อมสภาพ วาส์ควบคุมการไหลออกซิเจนสองฝั่ง วิธีแก้ไข:คุมแรงดันไนโตรได้รั้งเสื่อมสภาพ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ วาส์ header oxygen	จำนวน 2 ชุด	ราคาต่อหน่วย 6,500.00	รวมเป็นเงิน 13,000.00 13,000.00
JOB ID:219412 แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64 สรุป:27-เม.ย.-65 อาคาร/สาเหตุ: ชุดจ่ายO2สำรอง ดีก9 /สีเหลือง เรกฎเร เตอร์ รั่วทั้งสองฝั่ง บริษัทเข้ามาถอดไปเช็คณบริษัท 18/8/64 เลขเอกสารบริษัท 64/010//ใบเสนอ วิธีแก้ไข:ราคา KST013/2565 //เนื่องจากไม่คุ้ม ค่ากับการซ่อม จึงขอคืนเครื่องจากทาง บริษัทก่อน	รายการวัสดุ ส่งซ่อม น.kst	จำนวน	ราคาต่อหน่วย 130,968.00	รวมเป็นเงิน
JOB ID:208161 แจ้งซ่อม: 17-ส.ค.-63 สรุป:24-ส.ค.-63 อาคาร/สาเหตุ:อายุการใช้งานนานใช้ งานไม่ได้ สภาพเก่าใช้งานไม่ได้ควรส่งซ่อมบริษัท วิธีแก้ไข: ทำการแก้ไข	รายการวัสดุ ส่ง น.เบสแพรวอินเซนอราคา	จำนวน 1	ราคาต่อหน่วย 72,760.00	รวมเป็นเงิน 72,760.00 72,760.00

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเห็น/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319074)	10-มิ.ย.-69 09:17	นายยุทธนา หอมปัญญา	รั้วฝั่งซ้าย	FAIL	MAN-OM-002	319074
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=312010)	22-พ.ค.-69 09:10	นายยุทธนา หอมปัญญา	เรกกูเรเตอร์ hight ฝั่งซ้ายตอนแรงดันไม่ อยู่	FAIL	MAN-OM-002	312010
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=297624)	10-เม.ย.-69 09:46	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	297624
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=293596)	30-มี.ค.-69 10:21	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	293596
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=291567)	24-มี.ค.-69 09:26	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	291567
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285327)	09-มี.ค.-69 09:44	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	285327
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=279953)	24-ก.พ.-69 09:37	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	279953
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=276578)	13-ก.พ.-69 10:53	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	276578
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=275245)	09-ก.พ.-69 09:34	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	275245
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=272785)	02-ก.พ.-69 09:44	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	272785
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=271209)	28-ม.ค.-69 08:54	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	271209
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=268838)	20-ม.ค.-69 09:02	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	268838
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=263841)	05-ม.ค.-69 09:01	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	263841
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=261424)	26-ธ.ค.-68 09:30	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	261424
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=258333)	18-ธ.ค.-68 09:59	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	258333
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257936)	17-ธ.ค.-68 11:15	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	257936
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257471)	16-ธ.ค.-68 16:32	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	257471
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256949)	15-ธ.ค.-68 10:48	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	256949
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256083)	12-ธ.ค.-68 10:19	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	256083
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=255577)	11-ธ.ค.-68 09:16	นายยุทธนา หอมปัญญา		PASS	MAN-OM-002	255577
123						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24493-6810)	3128	PM	2568				PLAN-1153-68PM		
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24493-6710)	3143	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF