

1. แก้ไขข้อมูล

2. Upload รูปทรัพย์สิน

3. จัดกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การเฝ้า-ค้น / การ On-Off

AssetID : 58778

หมายเลขครุภัณฑ์ : หมายเหตุทรัพย์สิน : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B10)

Eng.Name : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B10)

ยี่ห้อ :

รุ่น(Model) :

Serial No :

รายละเอียดพิเศษ :

ประเภทครุภัณฑ์ : 00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน : 285-อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น(B10)

บริเวณที่ติดตั้ง : ดึกส้มN-OR (อาคาร10)

ผู้รับผิดชอบ : นายยุทธนา หยมปัญญา

ผู้จำหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ประเทศ :

ราคา(บาท) : 0.00

วันที่ได้รับ :

วันประกันถึงวันที่ :

IDnumber : MAN-OM-007

QCODE : OM

วิธีการนำมา :

ประเภทของ :

เอกสารการนำมา :

หมายเหตุ :

สถานะทรัพย์สิน :

คิดค่าเสื่อม(Y/Z) : --เลือก--

อายุใช้งาน(Y) : 0

ประวัติการโอนย้าย

การโอนย้าย-1 :

การโอนย้าย-2 :

การโอนย้าย-3 :

วันที่จำหน่าย :

เอกสารจำหน่าย :

จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

GMC-กลุ่มเครื่องมือ : M-เครื่องมือแพทย์

R-ระดับความเสี่ยง : R3-ความเสี่ยงสูง

S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ :

P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา : PM

C-เครื่องมือต้องซ่อมเทียบ : CAL

MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ :

U-ประโยชน์ใช้งาน : U2-เครื่องมือเพื่อการรักษา

เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง

มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท

ซ่อมบำรุง: 5 ครั้ง

รวมเป็นเงิน: 75,158.50 บาท

ค่าซ่อมบำรุง %

ของมูลค่าทรัพย์สิน

JOB ID:276399 แจ้งซ่อม: 17-พ.ย.-68 สรุป:09-ก.พ.-69 อาการ/สาเหตุ: regulator high ฟังซ้ายโอริงเสื่อม สภาพ รั่วคุมแรงดันไม่อยู่ regulator high ฟังซ้ายโอริงเสื่อม วิธีแก้ไข:สภาพ รั่วคุมแรงดันไม่อยู่ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ชุดซ่อม regulator oxygen	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 22,000.00	รวมเป็นเงิน 22,000.00 22,000.00
JOB ID:262803 แจ้งซ่อม: 28-ค.ค.-67 สรุป:09-ก.ย.-68 อาการ/สาเหตุ: Regulator hight ทะลุแรงดันเกิน 400psi relief valve ระบาย Regulator hight ฟังขวา ทะลุแรงดันเกิน 400psi relief valve ระบายออก ค่าเงิน วิธีแก้ไข:การดองปรับแล้วไม่ได้ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท/บริษัทเข้าดำเนินการซ่อมแล้ว 14/5/68	รายการวัสดุ ชุดซ่อมเรกูเรเตอร์ O2 วาล์วกันย้อน ชุดวาล์ว mani flow ค่าดำเนินงาน และอุปกรณ์ย่อยอื่นๆ vat7%	จำนวน 1 ชุด 1 ชุด 1 รายการ 1 รายการ	ราคาต่อหน่วย 19,500.00 2,150.00 2,500.00 1,690.50	รวมเป็นเงิน 19,500.00 2,150.00 2,500.00 1,690.50 25,840.50
JOB ID:211698 แจ้งซ่อม: 18-พ.ย.-63 สรุป:22-ก.พ.-64 อาการ/สาเหตุ:Pressur sensor เสีย ทำการตรวจเช็คแล้ว นอร์ค O2 Pressur วิธีแก้ไข:เสียแจ้งบริษัทขอใบเสนอราคาแล้ว 18-11-63	รายการวัสดุ O2 Pressur Sensor Board Dextrus (รอใบเสนอราคาจากทาง บ.เด็กหลีไม่ทราบราคาประมาณ)	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 26,750.00	รวมเป็นเงิน 26,750.00 26,750.00
JOB ID:189526 แจ้งซ่อม: 24-ย.ย.-62 สรุป:21-พ.ย.-62 อาการ/สาเหตุ:ออกซิเจน ไม่มีใช้กันล้ม วิธีแก้ไข:ติดตั้งใช้กันล้มท้อออกซิเจนสำรอง	รายการวัสดุ โซ่เหล็ก , กิ๊ปสปริงค์,เกสสิวแรง , ฟัดหัวระเบิด (แบบโมเสริง)	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 568.00	รวมเป็นเงิน 568.00 568.00
JOB ID:172663 แจ้งซ่อม: 05-ม.ย.-61 สรุป:11-ม.ย.-61 อาการ/สาเหตุ: เรคกุลเลเตอร์ ระบบสำรองออกซิเจน ดึก9 อาคารบำบัด 5 ชั้น รั่ว เรคกุลเลเตอร์ ระบบสำรองออกซิเจน ไม่สามารถควบคุมแรงดันได้ ส่งซ่อมแตก วิธีแก้ไข: ส่งซ่อมบริษัท KST 5/4/2561 ** ข้างบริษัทรับเรคกุลเลตส่งเคลมแล้ว	รายการวัสดุ ส่งซ่อมแตกรหัสผ่านบริษัท KST 5/4/2561	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเห็น/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=334985)	20-ก.ค.-69 09:25	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	334985
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=332433)	13-ก.ค.-69 10:22	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	332433
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=330603)	08-ก.ค.-69 10:06	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	330603
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=329702)	06-ก.ค.-69 09:15	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	329702
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=327026)	29-ธ.บ.-69 10:15	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	327026
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=325915)	26-ธ.บ.-69 14:22	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	325915
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=322583)	18-ธ.บ.-69 10:31	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	322583
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=321098)	15-ธ.บ.-69 10:19	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	321098
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319046)	10-ธ.บ.-69 09:07	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	319046
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=317189)	05-ธ.บ.-69 15:00	พลีพงศ์ ชื่น มงคล		PASS	MAN-OM-007	317189
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=314416)	28-พ.ค.-69 11:08	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	314416
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=311975)	22-พ.ค.-69 08:52	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	311975
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=310384)	18-พ.ค.-69 09:56	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	310384
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=306402)	07-พ.ค.-69 09:25	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	306402
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=305587)	05-พ.ค.-69 09:01	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	305587
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=299479)	17-เม.ย.-69 11:08	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	299479
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=299170)	16-เม.ย.-69 15:11	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	299170
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=297619)	10-เม.ย.-69 09:32	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	297619
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=296420)	07-เม.ย.-69 10:33	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	296420
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=293612)	30-มี.ค.-69 10:37	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-007	293612
1234						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24497-6810)	3135	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF