

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การเฝ้า-ค้น / การ On-Off

AssetID :	63525	วิธีการได้มา :		เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท ซ่อมบำรุง: 6 ครั้ง รวมเป็นเงิน: 81,641.00 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ :		ประเภทของ :		
รายการทรัพย์สิน :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B11)	เอกสารการได้มา :		
Eng.Name :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B11)	หมายเหตุ :		
ยี่ห้อ :	Ohio Medical	สถานะทรัพย์สิน :		
รุ่น(Model) :	263433	คิดค่าเสื่อม(Y/Z) :	--เลือก--	
Serial No :		อายุใช้งาน(Y) :	0	
รายละเอียดพิเศษ :				
ประเภทครุภัณฑ์ :	00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์			
หน่วยงาน :	286-อาคารผู้ป่วยใน 9(B11)			
บริเวณที่ติดตั้ง :	ตึกเทา (อาคาร11)	ประวัติการโอนย้าย		
ผู้รับผิดชอบ :	นายยุทธนา หยุมปัญญา	การโอนย้าย-1 :		
ผู้จำหน่าย :		การโอนย้าย-2 :		
ผลิตภัณฑ์ประเทศ :		การโอนย้าย-3 :		
ราคา(บาท) :	0.00	วันที่จำหน่าย :		
วันที่ได้รับ :		เอกสารจำหน่าย :		
วันประกันถึงวันที่ :				
		จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)		
		GMC-กลุ่มเครื่องมือ :	M-เครื่องมือแพทย์	
		R-ระดับความเสี่ยง :	R3-ความเสี่ยงสูง	
		S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ :		
		P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา :	PM	
		C-เครื่องมือต้องสอบเทียบ :	CAL	
		MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ :		
		U-ประโยชน์ใช้งาน :	U2-เครื่องมือเพื่อการรักษา	
IDnumber :	MAN-OM-009			
QCODE :	OM			

JOB ID:277977 แจ้งซ่อม: 05-ม.ค.-69 สรุป:17-ม.ค.-69 อาการ/สาเหตุ: ชุดสำรองออกซิเจนอาคาร11 เร็วกูเรเตอร์high คุมแรงดันไม่อยู่ ชุดสำรองออกซิเจนอาคาร11 เร็วกูเรเตอร์high คุมแรงดันไม่อยู่ วิธีแก้ไข: เติมน้ำมันไฮดรอลิก ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ชุดแผ่นไดแฟรม regulator manifold oxygen ตรวจสอบและทดสอบ ฟังก์ชัน ค่าบริการ vat7%	จำนวน 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ	ราคาต่อหน่วย 7,500.00 2,500.00 10,000.00 1,400.00	รวมเป็นเงิน 7,500.00 2,500.00 10,000.00 1,400.00 21,400.00
JOB ID:266871 แจ้งซ่อม: 27-ก.พ.-68 สรุป:06-พ.ค.-68 อาการ/สาเหตุ: ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร 11 ชุดโซลินอยด์วาล์วทั้งสองฝั่ง ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร 11 ชุดโซลินอยด์วาล์วทั้งสองฝั่ง ตรวจสอบเบื้องต้นชุดโอริงด้านในเสื่อมสภาพ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ส่งซ่อมเปลี่ยนอะไหล่บริษัท	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 27,285.00	รวมเป็นเงิน 27,285.00 27,285.00
JOB ID:235722 แจ้งซ่อม: 28-พ.ย.-65 สรุป:14-ก.พ.-66 อาการ/สาเหตุ: ชุดวาล์วโซลินอยด์วาล์ว เนื่องจากนำของตึก11 ไม่ใส่ไฟ ทร.ขอคนงานเพื่อไปใช้งาน ได้ต่อเนื่อง ชุดวาล์วโซลินอยด์วาล์ว เนื่องจากนำของตึก11 ไม่ใส่ไฟ ทร.ขอคนงานเพื่อไปใช้งาน ได้ต่อเนื่อง//ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท เพาเวอร์ เซลล์แคร์	รายการวัสดุ เปลี่ยนชุดโอริง+ทดสอบระบบ+ค่าบริการ	จำนวน 0	ราคาต่อหน่วย 15,408.00	รวมเป็นเงิน 0.00 0.00
JOB ID:219456 แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64 สรุป:27-ม.ค.-65 อาการ/สาเหตุ: ชุดจ่าย O2สำรอง อาคาร11 เร็วกูเรเตอร์highฟังก์ชันวาล์วปรับไม่ได้/ชุดเมดิโพลอยู่บริษัท//ได้รับของจากบริษัทแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทเข้ามาถอดไปใช้บริษัท 18/8/64 /kst ไม่มีอะไหล่ ยังไม่ได้ซ่อม บริษัทนำมาใส่สินค้าแล้ว //ตอนยี่สิบและและส่งไฟ วิธีแก้ไข: บริษัทเพาเวอร์เซลล์แคร์ ดำเนินการต่อ//ชุดmani flow ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม จึงขอคืนชุดmani flow คืนจากบริษัทก่อน	รายการวัสดุ ส่งซ่อมบริษัท เพาเวอร์เซลล์แคร์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
JOB ID:198378 แจ้งซ่อม: 28-ม.ค.-63 สรุป:12-มี.ค.-63 อาการ/สาเหตุ: เติมน้ำ ชุด Alarm เดือน แรงดันก๊าซ เพื่อเข้าระบบความผิดปกติ วิธีแก้ไข: แจ้งบริษัทมาประเมินค่าในเสนอราคาแล้ว	รายการวัสดุ แบบในเสนอราคา ม.เบสแพร์ ค่าจ้างซ่อมชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 26,536.00	รวมเป็นเงิน 26,536.00 26,536.00
JOB ID:195289 แจ้งซ่อม: 29-ค.ค.-62 สรุป:16-พ.ย.-63 อาการ/สาเหตุ: เบ็ดแล้วมีเสียงรั่ว Regulator ด้าน High รั่วแจ้งบริษัทเข้า วิธีแก้ไข:มาดำเนินการ//ส่ง job 10/11/62 ส่งไฟรอ2 5/8/63	รายการวัสดุ ซ่อมReguleter ด้าน High Pressure (แบบในเสนอราคา ม.KST)	จำนวน 1 ชุด	ราคาต่อหน่วย 6,420.00	รวมเป็นเงิน 6,420.00 6,420.00

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเห็น/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319088)	10-มี.ย.-69 09:29	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอบรั้วทเปลี่ยน อะไหล่	FAIL	MAN-OM-009	319088
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285323)	09-มี.ค.-69 09:36	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	285323
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=271240)	28-มี.ค.-69 09:21	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	271240
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=263973)	05-มี.ค.-69 14:53	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	263973
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257971)	17-ธ.ค.-68 15:07	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	257971
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257476)	16-ธ.ค.-68 16:33	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	257476
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256954)	15-ธ.ค.-68 11:25	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	256954
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256086)	12-ธ.ค.-68 10:46	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอใบเสนอราคาซ่อม	FAIL	MAN-OM-009	256086
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256085)	12-ธ.ค.-68 10:45	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	256085
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=255581)	11-ธ.ค.-68 09:49	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอใบเสนอราคาซ่อม บริษัท	FAIL	MAN-OM-009	255581
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=254444)	08-ธ.ค.-68 11:00	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอบ. เข้าตรวจเช็ค รั้วฝั่งขวา +แรงดัน เกิน	FAIL	MAN-OM-009	254444
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=253425)	04-ธ.ค.-68 15:04	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	253425
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=252505)	02-ธ.ค.-68 15:48	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	252505
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250785)	27-พ.ย.-68 15:54	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	250785
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250436)	26-พ.ย.-68 17:18	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	250436
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=186606)	05-มี.ย.-68 09:33	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	186606
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=107361)	13-ส.ค.-67 09:14	นายยุทธนา หถม ปัญญา	ทำงานปกติ	PASS	MAN-OM-009	107361
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=105914)	07-ส.ค.-67 10:20	นายยุทธนา หถม ปัญญา	ทดสอบการทำงาน สลับข้าม-ขวา ทำงานปกติ ระบบ alarm ทำงานปกติ	PASS	MAN-OM-009	105914
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=79148)	26-มี.ค.-67 09:51	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	79148
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=79147)	26-มี.ค.-67 09:51	ยุทธนา		PASS	MAN-OM-009	79147
12						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24499-6810)	3131	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF