

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การยืม-คืน / การ On-Off

AssetID :	30868	วิธีการได้มา :		เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง
หมายเลขครุภัณฑ์ :		ประเภทของ :		มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท
รายการทรัพย์สิน :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B12)	เอกสารการได้มา :		ซ่อมบำรุง: 4 ครั้ง
Eng.Name :	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B12)	หมายเหตุ :		รวมเป็นเงิน: 42,509.00 บาท
ยี่ห้อ :		สถานะทรัพย์สิน :		
รุ่น(Model) :		คิดค่าเสื่อม(Y/Z) :	--เลือก--	
Serial No :		อายุใช้งาน(Y) :	0	
รายละเอียดพิเศษ :				ค่าซ่อมบำรุง %
ประเภทครุภัณฑ์ :	00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์	ประวัติการโอนย้าย		ของมูลค่าทรัพย์สิน
หน่วยงาน :	177-อาคารผู้ป่วยใน 1(B12)	การโอนย้าย-1 :		
บริเวณที่ติดตั้ง :	ตึกชมพู (อาคาร12)	การโอนย้าย-2 :		
ผู้รับผิดชอบ :	นายยุทธนา หยุมปัญญา	การโอนย้าย-3 :		
ผู้จำหน่าย :		วันที่จำหน่าย :		
ผลิตภัณฑ์ประเทศ :		เอกสารจำหน่าย :		
ราคา(บาท) :	0.00			
วันที่ได้รับ :		จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)		
วันประกันถึงวันที่ :		GMC-กลุ่มเครื่องมือ :	M-เครื่องมือแพทย์	
		R-ระดับความเสี่ยง :	R3-ความเสี่ยงสูง	
		S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ :		
		P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา :	PM	
		C-เครื่องมือต้องสอบเทียบ :	CAL	
		MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ :		
		U-ประโยชน์ใช้งาน :	U2-เครื่องมือเพื่อการรักษา	

JOB ID:219413	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64	ส่งซ่อม น. Kst		31,779.00	
สรุป:27-เม.ย.-65	เปลี่ยนชุด Regulator สำหรับชุดจ่ายออกซิเจน /วัน	0	0.00	0.00
อาการ/สาเหตุ:	ประกัน3 เดือน			0.00
ทั้ง2ฝั่ง				
	บริษัทเข้ามาถอดไปเช็คบริษัท 18/8/64			
วิธีแก้ไข:	เลขเอกสารบริษัท 64/010/ใบเสนอ			
	ราคาเลขที่ KST012/2565			
	ออกpo.9/2/65			
JOB ID:136151	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 15-ก.ค.-58	สาย THW 2.5	40 เมตร	5.00	200.00
สรุป:15-ธ.ค.-58	ท่อ PVC สีเหลือง 3/8	5 ท่อน	45.00	225.00
อาการ/สาเหตุ:	เนื่องจากคอนบรีนปรัง ccu โดนคัด	8 ตัว	8.00	64.00
	Flwcontrol ชุดAlarm o2	20 ตัว	5.00	100.00
	วิธีแก้ไข:ทำการเดินเมนใหม่	1 ชุด	190.00	190.00
				779.00
JOB ID:131965	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 13-มี.ค.-58	ค่าจ้างซ่อมชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง	1 ชุด	41,730.00	41,730.00
สรุป:17-ก.ค.-58	ชุดควบคุมความดันการจ่ายออกซิเจนทางการแพทย์			
อาการ/สาเหตุ:	ชุดควบคุมความดันด้านถึงออกซิเจน 0-2000psi ช่าย-ขวา 2 set			
	-สวิตซ์ควบคุมความดันด้านใช้งาน 50-60psi ช่าย-ขวา 2 set			
	-สวิตซ์ควบคุมสัญญาณไฟ และสัญญาณเตือนระบบ			
วิธีแก้ไข:	การงานนาน ควรส่งซ่อมบริษัท ทำการ			
	ตรวจเช็ค+ใบเสนอราคา			
				41,730.00
JOB ID:106974				
แจ้งซ่อม: 19-มี.ค.-56				
สรุป:22-พ.ค.-56				
อาการ/สาเหตุ:	ระบบเตือนแรงสับชุด Maini Flow ไม่มีเสียง			
	ชุด Alarm เคื่องแรงดัน สำหรับชุดสำรอง			
วิธีแก้ไข:	ออกซิเจน ไม่มีเสียงเตือน แรงดันต่ำ ควร			
	ส่งบริษัทลานาแก๊สแก้ไข			

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเต็ม/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319963)	12-มิ.ย.-69 10:11	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	319963
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319104)	10-มิ.ย.-69 09:44	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	319104
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=312012)	22-พ.ค.-69 09:18	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	312012
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=310387)	18-พ.ค.-69 10:05	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	310387
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=296425)	07-เม.ย.-69 10:45	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	296425
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=291598)	24-มี.ค.-69 09:42	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	291598
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285339)	09-มี.ค.-69 10:13	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	285339
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=279997)	24-ก.พ.-69 09:54	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	279997
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=271241)	28-ม.ค.-69 09:25	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	271241
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=258374)	18-ธ.ค.-68 10:17	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	258374
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257945)	17-ธ.ค.-68 11:51	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	257945
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257472)	16-ธ.ค.-68 16:32	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	257472
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=255578)	11-ธ.ค.-68 09:31	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	255578
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=254930)	09-ธ.ค.-68 12:22	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	254930
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=254456)	08-ธ.ค.-68 11:19	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	254456
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=252507)	02-ธ.ค.-68 15:50	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	252507
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=252032)	01-ธ.ค.-68 13:38	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	252032
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250775)	27-พ.ย.-68 13:15	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	250775
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250340)	26-พ.ย.-68 10:12	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	250340
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=186608)	05-มิ.ย.-68 09:59	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-003	186608
12						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24494-6810)	3129	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF