

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* CHIQUEQUIRA
Tipo de Reporte*		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2017-10-19	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP14568 Nombre Completo NIDIA BERTILDE CARO PINEDA	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1969-07-03	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? NO Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: GUSTAVO HERNANDO CASTRO GONZALEZ	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETAFERON	2.	3.
Indicación	1 AMPOLLA INTERDIARIA		
Formulación	250 mcg (8.0 millones de UI IN		
Régimen de dosis	INTERDIARIO 30 DIAS		
Ruta de administración	SUBCUTANEA		
Número de lote *	NO REFIERE		
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2017-10-14		
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	SI En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. PTC	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	SI		
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)	2017-10-14		
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	recuperado Fecha de recuperación 2017-10-18 Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	TAMBIEN REFIERE ULTIMAS DOS APLICACIONES DESDE 14 OCTUBRE EQUIPO BATACONNECT SE PONE ROJO Y NO REALIZA LA APALICACION CORRECTAMENTE TIENE QUE PUNCIONAR DOS VECES SE REvisa DISPOSITIVO Y NO REALIZA APLICACIONES CORRECTAMENTE SE DECIDE CAMBIAR SE ENTREGA DISPOSITIVO NUEVO Y FUNCIONANDO SERIE 15121000175719 SE REALIZA APLICACION SIN NINGUNA DIFICULTAD SE DEJAN NUMEROS DE PROGRAMA		
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

Información del Reportante (Staff PSP)*		
Nombre:	LOSPINA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com