

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* BOGOTA
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2017-11-04	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP12310 Nombre Completo Teresa Elpidia Cardenas	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1959-10-21	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? NO APLICA Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Pendiente confirmar	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETACONNECT	2. BETAFERON	3.
Indicación		Esclerosis Multiple Recidivante Remitente	
Formulación		1.0 ML	
Régimen de dosis		1 APLICACION CADA 48 HORAS	
Ruta de administración		SUBCUTANEO	
Número de lote *	NO REPORTA	NO APLICA	

Fecha de expiración			
Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2014-09-18	2014-09-18	
Tratamiento continuó? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1.	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	SI	SI	
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO	NO	
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	recuperado Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	ACUDIENTE ME INFORMA QUE NO LES FUNCIONA MUY BIEN EL BETACONNECT DESDE EL DIA 31-10-2017 INFORMA QUE NO INYECTA BIEN SE QUEDA PEGADO AL MOMENTO DE REALIZAR LA APLICACION LE HA CAMBIADO LAS VELOCIDADES Y ALTERNAN LA PROFUNDIDAD DE LA AGUJA, SALE LA AGUJA PERO NO INYECTA EL MEDICAMENTO Y NO CARGA EN OCASIONES, CONTINUAN CON EL MISMO INCONVENIENTE	ACUDIENTE ME INFORMA QUE NO LES FUNCIONA MUY BIEN EL BETACONNECT DESDE EL DIA 31-10-2017 INFORMA QUE NO INYECTA BIEN SE QUEDA PEGADO AL MOMENTO DE REALIZAR LA APLICACION LE HA CAMBIADO LAS VELOCIDADES Y ALTERNAN LA PROFUNDIDAD DE LA AGUJA, SALE LA AGUJA PERO NO INYECTA EL MEDICAMENTO Y NO CARGA EN OCASIONES, INDICA QUE DEBIDO A ESTO A LA PACIENTE LE SALE SANGRE EN EL SITIO DE PUNCION, ACTUALMENTE NO PRESENTA EL SINTOMA, NO INFORMA FECHA EXACTA DE RECUPERACION DEL EVENTO	
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

ACUDIENTE INFORMA QUE LA PACIENTE NO TIENE MEDICAMENTOS CONCOMITANTES, NI ENFERMEDADES CONCOMITANTES, NUNCA HA FUMADO

Información del Reportante (Staff PSP)*

Nombre:	EPEDROZA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com