

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* BOGOTA
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-01-02	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP8795 Nombre Completo Yadira Helena Castrillon Garcia	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1984-08-19	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Zarco Montero Luis Alfonso	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETACONNECT	2.	3.
Indicación			
Formulación			
Régimen de dosis			
Ruta de administración			
Número de lote *	SL15121000174071		
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2011-03-23		
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1.	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO		
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	PACIENTE INDICA QUE TIENE DIFICULTADES CON EL DISPOSITIVO BETACONNECT YA QUE EN EL MOMENTO NO PUEDE REALIZAR APLICACION YA QUE SE FRENA SE LE VERIFICA CARGA DEL DISPOSITIVO VELOCIDAD Y PROFUNDIDAD DEL DISPOSITIVO PACIENTE REFIERE QUE NO HA RECIBIDO VISITA NI ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA USO DEL BETACONNECT NUM LOTE DEL DISPOSITIVO BETACONNECT SL15121000174071. NO INDICA DESDE QUE FECHA PRESENTA ESTE EVENTO NO MANIFIESTA CONCOMITANTES.		
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

Información del Reportante (Staff PSP)*		
Nombre:	EAragon	
Compañia:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com