

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* MEDELLIN
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-01-18	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP8928 Nombre Completo Ligia Amparo Zapata Posada	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1958-10-02	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Vagner Ramirez Basilio	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETAFERON	2. BETACONNECT	3.
Indicación	Esclerosis Multiple Recidivante Remitente	Esclerosis Multiple Recidivante Remitente	
Formulación	1.0 ml	1.0 ml	
Régimen de dosis	1 aplicacion inter diaria	1 aplicacion inter diaria	
Ruta de administración	subcutanea	subcutanea	
Número de lote *	no indica	SN150800015428	
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2012-08-17	2012-08-17	
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1.	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	SI		
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	PACIENTE INFORMA QUE EL DISPOSITIVO BETACONECCT DESDE HACE UNOS MESES NO BRINDA FECHA EXACTA AL CARGARLO POR 8 HORAS NO DURA LA CARGA SOLO APLICA 2 INYECCIONES Y QUEDA DESCARGADO COMPLETAMENTE NUMERO DE LOTE SN150800015428 SE CONFIRMA QUE SI UTILIZA EL CARGADOR DEL DISPOSITIVO		
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			
Información del Reportante (Staff PSP)*			
Nombre:	SJEIMMY		

Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com