

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* MEDELLIN
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-01-19	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP8944 Nombre Completo Ligia Stella Arroyave Osorio	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1965-02-04	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Vagner Ramirez Basilio	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETACONNECT	2.	3.
Indicación			
Formulación			
Régimen de dosis			
Ruta de administración			
Número de lote *	NO SUMINISTRA		
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mm/aaaa)	2009-05-09		
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. SE LE DANO EL CARGADOR DEL BETACONNECT	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA		
Fecha de inicio del evento * (dd/mm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	EN COMUNICACION CON LA PACIENTE REPORTA QUE SE LE DANO EL CARGADOR DEL DISPOSITIVO HACE DOS MESES APROXIMADAMENTE INTENTO CARGARLO CON OTRO CARGADOR EL DISPOSITIVO NO CARGA NO SUMINISTRA SERIAL DEL DISPOSITIVO NO LO TIENE CERCA. CONTINUA REALIZANDO SUS APLICACIONES INTERDIARIAS PERO MANUALES SIN EVENTO		
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			
Información del Reportante (Staff PSP)*			

Nombre:	YZAMORA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com