

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* TUNJA
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-02-12	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP8845 Nombre Completo Liliana Maria Alvarez Hurtado	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1980-10-20	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? NO Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: POR CONFIRMAR	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETAFERON	2.	3.
Indicación	ESCLEROSIS MULTIPLE		
Formulación	250 mcg (8.0 millones de UI IN		
Régimen de dosis	INTERDIARIO 30 DIAS		
Ruta de administración	SUBCUTANEA		
Número de lote *	15120000206850		
Fecha de expiración	2018-12-01		

Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2014-05-14		
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. PTC	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	SI		
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)	2018-02-06		
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	recuperado Fecha de recuperación 2018-02-12 Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	DESDE EL 6 DE FEBRERO SE APLICA DE FORMA MANUAL YA QUE SE LE DAÑÓ EL BETACONNET NO SE HABÍA COMUNICADO CON EL PROGRAMA, PACIENTE REFIERE QUE EL EQUIPO NO CARGA Y QUE LA CONECTA A LA CORRIENTE PERO NO SE DEJA CARGAR , SE REvisa DISPOSITIVO EL CUAL NO ENCIENDE SE CONECTA CON CARGADOR NUEVO PERO NO PRENDE, PACIENTE REFIERE A VER PERDIDO EL CABLE DEL CARGADOR ORIGINAL, SE ENTREGA EQUIPO NUEVO BETACONNET SERIE 15121000175788 FUNCIONANDO, SE REFUERZA USO DE DISPOSITIVOS ROTACIÓN DE SITIOS DE APLICACION, EDUCACIÓN EN DISPOSITIVO MANDICO, CADENA DE FRIO, SE IDENTIFICA E EVENTOS ADVERSO CON EL DISPOSITIVO		

Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)		
Información del Reportante (Staff PSP)*		
Nombre:	LOSPINA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com