

Información General			
PSP / CRS(Producto)* BETAFERON CMBP X 15 VPFS (3750 MCG) MM		País* Colombia	Ciudad* CALI
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-03-26	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP11676 Nombre Completo Gloria Patricia Chaguendo Chaguendo	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1971-06-01	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Zuniga Escobar Gonzalo	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. BETAFERON	2.	3.
Indicación	Esclerosis Multiple Recidivante Remitente		
Formulación	1.0 ml		
Régimen de dosis	interdiario		
Ruta de administración	subcutaneo		
Número de lote *	NO SUMINISTRA		
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mm/aaaa)	2014-06-10		
Tratamiento continúo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1.	2.	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO		
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	SI		
Fecha de inicio del evento * (dd/mm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	EN COMUNICACION CON PACIENTE INFORMA QUE EL BETACONNECT SE DESCARGA DE UN DIA PARA OTRO, LO DEJA CARGAR 2 HORAS PORQUE ASI LE INDICO EL PARA-MEDICO DE FUNDEM, CUANDO YA QUITA EL CARGADOS NO MUESTRA LA CARGA COMPLETA Y AL OTRO DIA SE LE DESCARGA TOTAL, LO CARGA CON EL CARGADOR DEL DISPOSITIVO, NO CUENTA CON EL EQUIPO A LA MANO PARA BRINDAR EL SERIAL.		
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

Información del Reportante (Staff PSP)*		
Nombre:	YZAMORA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com