

Flag	Description
P	Falla eléctrica
p	Falla eléctrica
C	Calibración
c	Calibración
D	Apagado
d	Apagado
B	Malas condiciones
b	Malas condiciones
m	Positivo sobre el rango
l	Negativo sobre el rango
z	Ceros y negativos
o	PM10 mayor a 900 ug/m3
s	Valores repetidos
r	comparativo PM10 vs PM2.5
e	Eliminar datos NO y Nox
a	Eliminar PM menor a 5 ug/m3 y 0.05 ppm en CO
s	Valores iguales consecutivos
f	Valores 3 veces mayor que el valor anterior para PM10
h	Valores de temperatura con más de 10 grados o 10 mmHg de diferencia de una hora
l	Ajuste de radiación solar

Hora

Valida

Invalida

Valida

Invalida

Valida

Invalida

Valida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida

Invalida