


		<u>Контракт/Договор</u>	
Service Report / Сервисный отчет			
Job Type / Тип работы		Report Date / Дата отчета	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input checked="" type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание		31 октября 2022 г.	
System / Система	Hospital / Медучреждение	Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель «Clinac 2300C/D»	УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер»	4464	
Состояние системы на начало работы		Состояние системы на окончание работы	
<input type="checkbox"/> работает <input checked="" type="checkbox"/> требует работы <input type="checkbox"/> не работает		<input checked="" type="checkbox"/> работает <input type="checkbox"/> требует работы <input checked="" type="checkbox"/> не работает	
Time of system transfer to the user			
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы			
Не вращается вентилятор охлаждения блока питания приводов E-Arms.			
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты			
Выполнен ремонт с заменой дефектного вентилятора охлаждения на новую часть, предоставленную Исполнителем: 1. Вентилятор 12В, 60х60х10мм, подш.самосмазывающийся, 4400 об/мин/Evercool Демонтированная дефектная часть передана представителю Заказчика.			
Test, Verification data / Проведенные тесты			
Follow up / Рекомендации, комментарии			
Spare parts: Used parts			
#/№	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
		Заказчика	Исполнителя
1	Вентилятор 12В, 60х60х10мм, подш.самосмазывающийся, 4400 об/мин/Evercool		x
Spare parts: Necessary parts			
#/№	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
Served by / Работа выполнена		Accepted by / Работа принята	
Engineer name / Инженер ФИО	Буримский С.Н. Гришан О.Г.	Заказчик ФИО	Уозанков, П.Ф.
Employee ID / Ид. №		Должность	Зав.цено
Signature / Подпись		Подпись	