

				Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет				35/1-174/22-1	
Job Type / Тип работы				Report Date / Дата отчета	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input checked="" type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание				07 июля 2022 г/	
System / Система		Hospital / Медучреждение		Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель Clinac iX		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».		H295990	
Состояние системы на начало работы		Состояние системы на окончание работы		Время передачи системы пользователю	
<input checked="" type="checkbox"/> работает		<input checked="" type="checkbox"/> работает			
<input checked="" type="checkbox"/> требует работы		<input checked="" type="checkbox"/> требует работы			
<input type="checkbox"/> не работает		<input type="checkbox"/> не работает			
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы					
Требуется замена счетчика мониторинговых единиц и кабеля w88					
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты					
Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию запасных частей:					
- Кабель Cable w88					
- Счетчик мониторинговых единиц Backup MU Counter					
Демонтированные дефектные части переданы Заказчику.					
Test, Verification data / Проведенные тесты					
Follow up / Рекомендации, комментарии					
Spare parts: Используемые детали					
# / №	Part description / Описание детали				Quantity / Количество
					Заказчика
					Исполнителя
1	Кабель Cable w88				1
2	Счетчик мониторинговых единиц Backup MU Counter				1
Spare parts: Необходимые детали					
# / №	Part description / Описание детали				Quantity / Количество
Served by / Работа выполнена			Accepted by / Работа принята		
Engineer name / Инженер ФИО			Заказчик ФИО		
Гришан О.Г. Скляр А.В.			Ерещенко Н.К.		
Employee ID / Ид. №			Должность		
			Ведущий инженер		
Signature / Подпись			Подпись		