



ул. Кальварийская, 1, пом. 518В, 518Г, 518Д.  
Тел. +375 17 200 03 09, факс +375 17 200 03 11  
e-mail: [admin@tradintekservice.com](mailto:admin@tradintekservice.com)

				Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет					
Job Type / Тип работы				Report Date / Дата отчета	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input checked="" type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание				14 февраля 2022 г.	
System / Система		Hospital / Медучреждение		Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель Clinac iX		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».		H295990	
Состояние системы на начало работы		Состояние системы на окончание работы		Время передачи системы пользователю	
<input type="checkbox"/>	работает	<input checked="" type="checkbox"/>	работает		
<input type="checkbox"/>	требует работы	<input checked="" type="checkbox"/>	требует работы		
<input checked="" type="checkbox"/>	не работает	<input type="checkbox"/>	не работает		
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы					
Не работают пульта Backup Motion Control и Handpendant, Dedicated Keyboard (не работает ключ)					
Ошибки при работе MLC					
Не считывается код аксессуара в подставке для электронов. Блокировка UDRS.					
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты					
В ходе работы выявлен дефектный главный тиратрон (дефектный акт от 21.05.2021). Для обеспечения бесперебойной работы аппарата, по согласованию с представителями Заказчика, выполнена установка главного тиратрона, демонтированного Представителем Заказчика с аппарата Clinac 2300 C/D. Выполнена настройка параметров пучка. Проверена работа аппарата в сервисном режиме в присутствии представителей Заказчика.					
Test, Verification data / Проведенные тесты					
Follow up / Рекомендации, комментарии					
Требуется замена дефектных частей (см. отчет от 18.01.2022 г.).					
Spare parts: Исползованные детали					
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество			
		Заказчика	Исполнителя		
Spare parts: Необходимые детали					
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество			
Served by / Работа выполнена		Accepted by / Работа принята			
Engineer name / Инженер ФИО	Гришан О.Г. Корниевич С.С.	Заказчик ФИО	Розенков		
Employee ID / Ид. №		Должность	зав. отделом		
Signature / Подпись		Подпись			