

OTHET						
Дата:						
Контракт / Договор		97C/24  УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», Могилев, ул.Академика				
Учреждение		уз «могилевский областной онкологический биспинсер», Могилев, ул. Акибемики Павлова, 2a, г. Могилев, 212018				
Оборудование Ускоритель линейный «Clinac iX», Varian Medical Systems						
Серийный номер Н29-5990						
Состояние оборудования Ошибки при реконструкции КТ изображений						
перед началом работ: Ошибки HWFA						
□ Неисправное						
⊠ Работос						
Выполненная работа						
Диагностика аппарата. Поиск неисправности. Выявлена ошибка при загрузке платы SSIB. Выполнена перепро-						
шивка карты памяти СЕ данной платы. Проверена работа аппарата в сервисном режиме в присутствии						
представителя Заказчика.						
Выявлены дефектные потенциометры, считывающие положение гентри и продольное положение стола.						
Требуется их замена на исправные для продолжения ремонта.						
Установленные запчасти						
№ п/п Описание детали				Исполнителя	Заказчика	Кол-во
						-
Необходимые запчасти						
№ п/п Описание детали						Кол-во
1 Потенциометр Potentiometer, Bushing Mount						2
2 Потенциометр Potentiometer 2						
Состояние оборудования Комментарии:						
после окончания работ:						
□ Неиспр	авное					
⊠ Работо						
Работа выполнена		Работа принята				
Скляр А.В., за		м-директора начальник сер- ела ФИО, ДОЛЖНОСТЬ РОГИТОВ И Р. инженер 1-й категории ДОЛЖНОСТЬ				
фио, висного оп		ела	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	20 1176	0	
должность	Гришан О.Г.,	Гришан О.Г., инженер 1-й категории		000	/	
1						
подпись	1	1/100/	подпись			

<sup>\*</sup> Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

<sup>—</sup> неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);

<sup>—</sup> работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.