

		<b>Контракт/Договор</b>	
<b>Service Report / Сервисный отчет</b>		10/1-23/22-1	
<b>Job Type / Тип работы</b>		<b>Report Date / Дата отчета</b>	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание		09 марта 2022 г.	
<b>System / Система</b>	<b>Hospital / Медучреждение</b>	<b>Serial No. / Серийный №</b>	
Линейный ускоритель Clinac iX	УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».	H295990	
<b>Состояние системы на начало работы</b>	<b>Состояние системы на окончание работы</b>	<b>Время передачи системы пользователю</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> работает	<input checked="" type="checkbox"/> работает		
<input checked="" type="checkbox"/> требует работы	<input type="checkbox"/> требует работы		
<input type="checkbox"/> не работает	<input type="checkbox"/> не работает		
<b>Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы</b>			
Требуется установка исправных частей (см. отчет от 14.02.2022)			
<b>Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты</b>			
Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию следующих запасных частей:			
1. Плата PCB, Motor Driver, Assy      1 шт.			
2. Потенциометр Vertical Pot Assembly      1 шт.			
3. Потенциометр Dual Vertical Pot Assembly      1 шт.			
4. Тиратрон Thyatron, Deuterium, Tetrode CX1140LD (S/n: 668071)      1 шт. (установлен по согласованию с Пользователем)			
дефектные части переданы представителю лечебного учреждения.			
<b>Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы</b>			
<b>Follow up / Рекомендации, комментарии</b>			
<b>Spare parts: Использованные детали</b>			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
		Заказчика	Исполнителя
1	Плата PCB, Motor Driver, Assy	1	
2	Потенциометр Vertical Pot Assembly	1	
3	Потенциометр Dual Vertical Pot Assembly	1	
4	Тиратрон Thyatron, Deuterium, Tetrode CX1140LD	1	
<b>Spare parts: Необходимые детали</b>			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
<b>Served by / Работа выполнена</b>		<b>Accepted by / Работа принята</b>	
Engineer name / Инженер ФИО	Скляр А.В.    Гришан О.Г.	Заказчик ФИО	Юсупов Д.Р.
Employee ID / Ид. №		Должность	зав. ЦТРО
Signature / Подпись		Подпись	