


		Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет		19/1808 от 11.09.2019	
Job Type / Тип работы		Report Date / Дата отчета	
<input checked="" type="checkbox"/> Монтаж <input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание		09 августа 2022 г.	
System / Система	Hospital / Медучреждение	Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель Clinac iX	УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».	H295990	
Состояние системы на начало работы	Состояние системы на окончание работы	Время передачи системы пользователю	
<input checked="" type="checkbox"/> работает	<input checked="" type="checkbox"/> работает		
<input checked="" type="checkbox"/> требует работы	<input type="checkbox"/> требует работы		
<input type="checkbox"/> не работает	<input type="checkbox"/> не работает		
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы			
Требуется замена кабеля w32, потенциометра			
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты			
Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию запасных частей: - Кабель Cable AUX-GAN PATCH PANEL (QUITE) w32 - Потенциометр Potentiometer 10k, 10 Turn (Vishay) Демонтированные дефектные части переданы Заказчику.			
Test, Verification data / Проведенные тесты			
Follow up / Рекомендации, комментарии			
Spare parts: Используемые детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
		Заказчика	Исполнителя
1	Кабель Cable AUX-GAN PATCH PANEL (QUITE) w32	1	
2	Потенциометр Potentiometer 10k, 10 Turn (Vishay)	1	
Spare parts: Необходимые детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
Served by / Работа выполнена		Accepted by / Работа принята	
Engineer name / Инженер ФИО	Гришан О.Г. Скляр А.В.	Заказчик ФИО	Тюхенков Л.С.
Employee ID / Ид. №		Должность	Зав. ЦИРО
Signature / Подпись		Подпись	