

		Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет			
Job Type / Тип работы		Report Date / Дата отчета	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание		28 апреля 2022 г.	
System / Система		Hospital / Медучреждение	
Линейный ускоритель Clinac iX		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».	
		Serial No. / Серийный №	
		H295990	
Состояние системы на начало работы		Состояние системы на окончание работы	
<input checked="" type="checkbox"/> работает	<input checked="" type="checkbox"/> работает	13:00	
<input checked="" type="checkbox"/> требует работы	<input checked="" type="checkbox"/> требует работы		
<input type="checkbox"/> не работает	<input type="checkbox"/> не работает		
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы			
Требуется замена дефектных частей (см. отчет от 14.02.2022 г., 15.02.2022 г.).			
Не работает счетчик мониторинговых единиц.			
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты			
Контроль технического состояния, выполнена замена счетчика мониторинговых единиц на предоставленный Заказчиком (счетчик демонтирован с линейного ускорителя Clinac 2300C/D). Дефектный счетчик передан Заказчику.			
Для восстановления работоспособности линейного ускорителя Clinac-2300C/D требуется установка нового счетчика мониторинговых единиц, без счетчика мониторинговых единиц эксплуатация аппарата запрещена.			
Test, Verification data / Проведенные тесты			
Follow up / Рекомендации, комментарии			
Не работает система получения изображений OBI (требуется доп. диагностика связи между киловольтным детектором и рахscan). Требуется замена дефектных частей (см. отчет от 14.02.2022 г., 15.02.2022 г.).			
Для восстановления работоспособности линейного ускорителя Clinac-2300C/D требуется установка нового счетчика мониторинговых единиц, без счетчика мониторинговых единиц эксплуатация аппарата запрещена.			
Spare parts: Используемые детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
		Заказчика	Исполнителя
1	Счетчик мониторинговых единиц - BACKUP MU COUNTER	1	
Spare parts: Необходимые детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
1	Счетчик мониторинговых единиц - BACKUP MU COUNTER	1	
Served by / Работа выполнена		Accepted by / Работа принята	
Engineer name / Инженер ФИО	Гришан О.Г. Буримский С.Н.	Заказчик ФИО	Воздников
Employee ID / Ид. №		Должность	Зав. группой
Signature / Подпись		Подпись	