

		ОТЧЕТ	•			
Дата:		22.04.2024				
Контракт / Договор		97C/24				
Учреждение		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», Могилев, ул.Академика Павлова, 2а, г.Могилев, 212018				
Оборудование		Ускоритель линейный «Clinac iX», Varian Medical Systems				
Серийный номер		H29-5990				
Состояние оборудования перед началом работ:		Необходима замена киловольтажной матрицы изображений.				
	Неисправное					
\boxtimes	Работоспособное					
Выпол	лненная работа					
сутств	ии Заказчика.					
Устано № п/п	овленные запчасти Описание детали	гний киловольтажная Diaital Ime	age Recep-	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
сутств Устан о	овленные запчасти Описание детали	ений киловольтажная Digital Im	age Recep-	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
устано № п/п 1. Необх	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor содимые запчасти	гний киловольтажная Digital Ime	age Recep-			1
Устане № п/п 1. Необх	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor	ений киловольтажная Digital Ime	age Recep-			
Устано № п/п 1. Необх № п/п	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor содимые запчасти Описание детали		age Recep-			1
Устано № п/п 1. Необх № п/п - Состоя после	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor содимые запчасти	ений киловольтажная Digital Ime	age Recep-			1
Устано № п/п 1. Необх № п/п - Состоя после	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor кодимые запчасти Описание детали - яние оборудования окончания работ:	Комментарии:	age Recep-			1
Устано № п/п 1. Необх № п/п - Состоя после □ Работя	овленные запчасти Описание детали Матрица изображе tor содимые запчасти Описание детали - яние оборудования окончания работ: Неисправное Работоспособное а выполнена Скляр А.В., за висного отд	Комментарии: 				1

^{*} Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

[—] неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);

работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.